



Postępowanie nr :WB.2710.14.2023.RM

Wrocław, 11 sierpnia 2023

**ZMIANA nr 1 OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI**

Postępowanie pn.: Dostawa automatycznego licznika kolonii wraz z jednostką sterującą dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami wewnętrznego Regulaminu Udzielania zamówień publicznych.

I Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii informuje, że **zmianie ulega Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia-Specyfikacja Techniczna - Wymagania minimalne ( zmiany zaznaczone na czerwono).**

**W związku ze zmianą Opisu Przedmiotu Zamówienia przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.**

1. Zmianie ulega ust.1 i ust.2 rozdziału VII: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
  1. Ofertę wraz z wymaganymi w Ogłoszeniu dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 21 sierpnia 2023 r. do godziny 12:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia 2023 r. o godzinie 13:00 za pośrednictwem Platformy [https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet\\_wroclawski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings)
2. **Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.**

Zatwierdził

Prodziekan ds. Nauczania  
Prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz  
Z pełnomocnictwa Rektora

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE-ZMIANA**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa automatycznego licznika kolonii wraz z jednostką sterującą dla Wydziału Biotechnologii UW r wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

LP.	Minimalne parametry wymagane	<b>Parametry oferowane (wypełnia Oferent)</b>  Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.  Wykonawca powinien podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 14)
A	B	C
<b>Parametry techniczne</b>		
	<b>Automatyczny licznik kolonii wraz z jednostką sterującą o nast. parametrach:</b>	
1.	Zintegrowana kamera CCD minimum 1 MP. Wykrycie i policzenie kolonii o wielkości co najmniej <b>100 mikronów</b> .	
2.	Praca z szalkami 90 mm.	
3.	<b>Automatyczne liczenie kolonii</b>	
4.	Pomiary wykonywane w czasie 1-2 sekund.	
5.	Oświetlenie LED, możliwość liczenia z w polu jasnym i w polu ciemnym.	
6.	<b>Export wyników do programu Microsoft Excel.</b>	
7.	Wymiary nie większe niż: 290 mm x 265 mm x 285 mm	
8.	System kompatybilny z Windows 7/10 (wersja Pro)	
9.	Waga urządzenia nie większa niż 9 kg	

10.	W zestawie jednostka sterująca, zintegrowana lub osobna, spełniająca wymagania sprzętowe, z zainstalowanym oprogramowaniem wymaganym do użytkowania sprzętu.	
11.	Darmowe upgrade`y oprogramowania.	
12.	Czas dostawy 90 dni od podpisania umowy	
13.	Autoryzowany serwis na terenie Polski	
14.	Gwarancja minimum 24 miesiące	

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)