



Katowice 04.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. APARAT DO ZNIECZULANIA DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ Nr sprawy: ZP-24-065BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy aparatu wynosił: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostawy aparatu wynosił do 40 dni roboczych oraz modyfikuje zapis projektu umowy w § 2 ust. 1 (w załączeniu).**

2. Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odp. Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora oraz koryguje zapis rozdziału II pkt 3 ppkt 1.3. SWZ w następujący sposób:

„1.3. Opisy, katalogi, karty techniczne itp. w języku polskim potwierdzające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry. Z dołączonego opisu/folderów/katalogu musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ. Jeżeli przedstawiony dokument nie zawiera wszystkich informacji potwierdzających wszystkie wymagane parametry, Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego wymagane parametry lub jego autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania – dotyczy aparatu do znieczulania”.

3. **Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata należności przez Zamawiającego nastąpiła w terminie do 45 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. **Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 5**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający zawarł w umowie informacje na temat faktur i nie wyraża zgody na uzupełnienie projektu w ww. sposób. § 3 pkt. 5: Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: <https://efaktura.gov.pl>



5. Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 1 i 2

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

6. Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie mogła przekroczyć 20% wartości netto przedmiotu umowy określonego w par. 3 pkt 1?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

7. Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 12

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje zapis projektu umowy (w załączeniu).

8. Dotyczy wzoru umowy §5 ust.14

Wnioskujemy o doprecyzowanie w/w zapisu poprzez następującą modyfikację:

W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu/podzespołu przekroczy 3 naprawy lub uszkodzenie uniemożliwia wykorzystanie artykułu w pełnym zakresie Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do wymiany istotnego elementu / podzespołu na nowy w przeciągu 14 dni (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu oraz modyfikuje zapis projektu umowy (w załączeniu).

9. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 3

„Rozwiązanie” umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu oraz modyfikuje zapis projektu umowy (w załączeniu).

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz koryguje treść Rozdz. III pkt. 3 SWZ. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

BYŁO: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 07.08.2024”

JEST: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 10.08.2024”

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

12.07.2024r. godz.: 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 08:30