

Załącznik nr 1
Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku pokoszarowego nr 7 w Gnieźnie przy ul. Wrzezińskiej 43-55
postępowanie: ZP/232/6/2024

(Załącznik nr 1 - zawiera 8 pozycji)

Poz. nr	Nazwa	Ilość
1	System do bezinwazyjnej analizy kręgosłupa 3D	1 kpl
2	Aparat do masażu uciskowego limfatycznego	1 kpl
3	System do stymulacji indukcyjnej.	1 kpl
4	Aparat do głębokiej stymulacji kawitacyjnej	1 kpl
5	Urządzenie do nieinwazyjnego treningu i wspomaganie terapii mięśni dna miednicy	1 kpl
6	Zestaw konferencyjny	1 kpl
7	Stoły	130
8	Krzesła wyściełane	360

UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu uczelni na koszt Wykonawcy.

Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszłości na uczelni nieodpłatnie.

Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oceniana	Punkty	Wartość oferowana
1	Poz. nr 1 - System do bezinwazyjnej analizy kręgosłupa 3D - 1 kpl.				
2	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			

3	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać		
4	Urządzenie nowe nie wystawowe.	Tak		
5	Parametry			
6	Urządzenie do analizy postawy ciała w 3D	Tak		
7	Urządzenie bezinwazyjne, nie wytwarzające promieniowania rentgenowskiego	Tak		
8	Dostosowane do diagnozowania deformacji kręgosłupa i problemów z postawą.	Tak		
9	Technika poboru obrazu: podczerwień (ToF)	Tak		
10	Wymiary max: 165 x 63 x 76 cm	Tak, podać		
11	Masa max: 50kg	Tak, podać		
12	Dokładność pomiarowa: +/- 1mm	Tak, podać		
13	Częstotliwość próbkowania min: 25 fps	Tak, podać		
14	Wykonywanie badania: bezdotykowe, możliwość zastosowania markerów	Tak		
15	Czas pomiaru (akwizycji): max. 5 sekund	Tak, podać		
16	Stacja robocza: zintegrowana z urządzeniem wraz ze zintegrowanym monitorem dotykowym ustawionym wertykalnie	Tak		
17	Monitor z ekranem dotykowym: przekątna: min. 27" (68,6 cm), rozdzielczość min.: 1920 x 1080, format: 16:9, orientacja ekranu: pionowa	Tak, podać		
18	Oprogramowanie w j. polskim oraz angielskim	Tak		
19	Deklaracja zgodności CE	Tak		
20	Kompletne urządzenie, bez ukrytych kosztów oraz bez wymogu dodatkowych urządzeń czy stacji roboczej w postaci komputera	Tak		
21	Zasilanie: 100-240 V; 50/60 Hz	Tak, podać		
22	Temperatura pracy urządzenia: min. 5-35°C	Tak		
23	Oprogramowanie z bazą danych oraz automatycznymi raportami pisаныmi zdaniami z przeprowadzonych badań	Tak		
24	Możliwość wykonania badania w oświetlonym pomieszczeniu	Tak, podać		
25	Minimalna wielość pomieszczenia potrzebna do wykonania badania: max 3m	Tak		
26	Kamera z możliwością elektromechanicznego dostosowania wysokości za pomocą wbudowanego Joysticka	Tak		
27	Możliwość wykonania badania także dzieci poniżej 140cm wzrostu	Tak, podać		
28	Funkcje oprogramowania analizatora	Tak		
29	Możliwość importu zdjęć RTG	Tak		
30	Wizualizacja układu kostnego kręgosłupa 3D	Tak		
31	Zmianę jasności oraz przezroczystości otrzymanego wyniku	Tak		
32	Obracanie wyniku badania, aby można go było zobaczyć pod różnym kątem	Tak		
33	Obliczanie m.in. parametrów dla widoku bocznego: długość kręgosłupa VPDM, nachylenie tułowia VPDM, odchylenie boczne VPDM, głębokość lordozy szyjnej CA-I JKA, lordoza lędźwiowa LA-I JKA, kąt kifotyczny ICT ITL, kąt lordotyczny ITL ILS	Tak		
34	Obliczanie m.in. parametrów dla widoku tylnego: długość kręgosłupa VPDM, odchylenie od pionu VPDM, nachylenie tułowia VPDM, asymetria barków SLSR, nachylenie barków SLSR, odchylenie kręgosłupa RMS, odchylenie kręgosłupa (-), odchylenie kręgosłupa (+), rotacja powierzchni RMS, rotacja powierzchni (-), rotacja powierzchni (+), asymetria miednicy DLDR, pochylenie miednicy DLDR	Tak		
35	Podgląd widoku przekrojów	Tak		
36	Porównanie parametrów widoku bocznego i tylnego	Tak		
37	Dostosowanie raportu PDF	Tak		
38	Poz. nr 2 - Aparat do masażu uciskowego limfatycznego - 1 kpl.			
39	Oferowany model, typ, producent	Tak, podać		
40	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać		
41	Urządzenie nowe nie wystawowe.	Tak		
42	Parametry			
43	Aparat do masażu uciskowego	Tak		
44	Kolorowy ekran dotykowy minimum 5.7" ułatwiający sterowanie aparatem	Tak, podać	większy ekran	10
45	Zakres ciśnienia min. 20 -160 mmHg	Tak, podać	szerszy zakres	10
46	Gradient 0 -100% płynna regulacja	Tak, podać		
47	Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi - minimum 15	Tak, podać		
48	Dokładnie opisane programy do rehabilitacji i do medycyny estetycznej	Tak		
49	Gotowe sekwencje programów zabiegowych	Tak		

50	Możliwość tworzenia i zapisywania minimum 100 własnych programów użytkownika	Tak			
51	Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory	Tak			
52	Regulacja prędkości nadmuchiwanie aplikatora	Tak			
53	Komory luskowo zachodzące na siebie	Tak			
54	Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie	Tak			
55	Aplikatory (mankiety): Mankiet na nogę – 10 komór, - 2 sztuki, Złącze 2 mankietów, Mankiet na rękę – 8 komór – 1 sztuka, Mankiety foliowe - 100szt.	Tak, podać			
56	Możliwość wyboru zapinania spodni na rzepy lub na zamki	Tak			
57	Waga Max 7,5 kg	Tak, podać			
58	Czas trwania terapii min 99 minut	Tak, podać	dłuższy niż 99 min	10	
59	Złącze ciśnieniowe przedłużające umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów	Tak			
60	Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat	Tak			
61	Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze	Tak			
62	Komory luskowo zachodzące na siebie	Tak			
63	Elektroniczny system kontroli ucisku	Tak			
64	Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu	Tak			
65	Oryginalny stolik producenta aparatu	Tak			
66	Autoryzacja od producenta aparatu na sprzedaż i serwis na terenie Polski	Tak			
67	Mankiety kończyn dolnych profilowane w kształt litery L	Tak			
68	Mankiet kończyny górnej przepychający chłonkę poza dół pachowy, obejmujący działaniem miesiąc piersiowy i łopatkę	Tak			
69	Poz. nr 3 - System do stymulacji indukcyjnej - 1 kpl.				
70	Oferowany model, typ, producent	Tak, podać			
71	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
72	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
73	Parametry				
74	Indukcja magnetyczna min. 2,5 tesli	Tak, podać			
75	Częstotliwość magnetyczna regulowana w zakresie min. 1-150 Hz	Tak, podać			
76	Maksymalna intensywność stymulacji przynajmniej 28 kT/s	Tak, podać	większa	10	
77	Maksymalny prąd wyjściowy 1400 W +/-3%	Tak, podać			
78	Czas trwania impulsu w zakresie min. 0,01-60 [s]	Tak, podać			
79	Czas trwania zabiegu w zakresie min. 1-60 min	Tak, podać			
80	Wybór kształtu impulsu	Tak			
81	Aparat bezolejowy, chłodzony powietrzem	Tak			
82	Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu np. długości narastania napięcia, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami	Tak			
83	Gotowe programy terapeutyczne – minimum 55	Tak, podać			
84	Możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywania	Tak			
85	Programy użytkownika	Tak			
86	Tryb automatyczny i ręczny	Tak			
87	Wyposażenie: jednostka główna, ramię przymocowane bezpośrednio do tylnej ściany urządzenia, aplikator koncentracji	Tak			
88	Zaawansowane ramię sześcioprzegubowe: Wyposażone w trzy przeguby czarne śrubowe z możliwością szybkiej regulacji manualnej siły oporu, dwa przeguby rotacyjne osi ramienia i jeden walcowy z trzpieniem pionowym do swobodnego ruchu ramienia w płaszczyźnie horzontalnej.	Tak			
89	Ramię oraz obudowa aplikatora elektromagnetycznego wykonane z odlewów z tworzyw sztucznych	Tak			
90	Aplikator zabezpieczony przed wysunięciem z ramienia poliwinylowym systemem zapadkowym	Tak			
91	Możliwy szybki demontaż aplikatora z ramienia po wciśnięciu przycisku wyraźnie odznaczającego się innym niż ramię kolorem	Tak			
92	Uchwyt terapeuty w formie klamkowej umieszczony na rewersie aplikatora celem zmaksymalizowania bezpieczeństwa personelu w trakcie terapii ręcznej	Tak			
93	Wszystkie elementy urządzenia są trwałymi, solidnymi odlewami, żaden element nie jest drukowany na drukarce 3D	Tak			
94	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,4"	Tak, podać			
95	Możliwość zmiany kolorów ekranu, napisów	Tak			
96	Możliwość zapisania schematów dźwiękowych urządzenia i ich modyfikacji	Tak			
97	Nawigacyjny atlas anatomiczny z dokładnym opisem zaprogramowanych jednostek chorobowych	Tak			

98	Wbudowany opis i ilustracje obrazujące sposób wykonania zabiegu	Tak			
99	Baza danych pacjentów	Tak			
100	Wskaźnik intensywności pola magnetycznego	Tak			
101	Wskaźnik czasu trwania zabiegu	Tak			
102	Wskaźnik przegrzania przetwornika	Tak			
103	Wskaźnik aktualnej temperatury aplikatora i poziomu temperatury wewnętrznej urządzenia	Tak			
104	Przycisk bezpieczeństwa	Tak			
105	Długość ramienia z aplikatorem min. 103 cm.	Tak, podać	większa	10	
106	Wymiary 500 x 970 x 580 mm +/-3%	Tak, podać			
107	Zasilanie 100 V - 240 V , 50-60 Hz	Tak, podać			
108	Poz. nr 4 - Aparat do głębokiej stymulacji kawitacyjnej - 1 kpl.				
109	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
110	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
111	Urządzenie nowe nie wystawowe.	Tak			
112	Parametry				
113	Aparat do terapii opartej na technice stabilnej kawitacji	Tak			
114	Ekran ekran dotykowy 5,5"	Tak, podać			
115	Częstotliwość pracy 38 kHz +/- 2 kHz	Tak, podać			
116	Maksymalna moc 3 W/cm2	Tak, podać			
117	Maksymalna moc absorbowana 60 W	Tak, podać			
118	Czas zabiegu w zakresie min. 1-30 minut	Tak, podać			
119	Zasilanie 100/240 V, 50/60 Hz	Tak, podać			
120	Wymiary 315 x 220 x 220 mm, +/-2%	Tak, podać			
121	Akcesoria podstawowe : głowica płaska impulsowa Ø 50 mm (19,6 cm2), głowica wklęsła impulsowa Ø 50 mm (19,6 cm2), głowica shockwave (praca impulsowa), głowica płaska do pracy z efektem termicznym (praca ciągła), stolik z półkami z pleksi i miską na akcesoria	Tak, podać			
122	Poz. nr 5 - Urządzenie do nieinwazyjnego treningu i wspomagania terapii mięśni dna miednicy - 1 kpl.				
123	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
124	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
125	Urządzenie nowe nie wystawowe.	Tak			
126	Parametry				
127	Maksymalna masa pacjenta min 150kg	Tak, podać			
128	Zakres regulacji pochylecia ekranu min 0 / +20stopni	Tak, podać			
129	Zakres obrotu ekranu dotykowego min. 140° (w obie strony)	Tak, podać			
130	Zakres regulacji wysokości oparcia min: 0-14cm	Tak, podać			
131	Zakres regulacji wysokości podpór biodrowych : 0-4cm	Tak, podać			
132	Zakres regulacji wysuwu podpór biodrowych min.: 0-7cm	Tak, podać			
133	Wymiary siedziska min. Φ 29cm	Tak, podać			
134	Wysokość siedziska (minimalna/maksymalna) min. 42/55cm	Tak, podać			
135	Wysokość podpory nóg min.: 25 cm	Tak, podać			
136	Długość min. 90cm	Tak, podać			
137	Szerokość min. 60cm	Tak, podać			
138	Wysokość min. 110cm	Tak, podać			
139	Stopień ochrony urządzenia min. IP20	Tak, podać			
140	Masa urządzenia max. 45kg	Tak, podać			
141	Poz. nr 6 - Zestaw konferencyjny - 1 kpl				
142	Parametry				
143	Biurko - 1 szt.	Tak, podać			
144	Kształt litery L z kontenerkiem na dokumenty wyposażony w dwie równe szuflady	Tak, podać			
145	Szerokość 330cm +/-5%	Tak, podać			

146	Głębokość 240cm, +/-5%	Tak, podać			
147	Wysokość 77cm +/- 5%	Tak, podać			
148	Front biurka z wstawką z czarnego tworzywa	Tak, podać			
149	Wstawka z skóry ekologicznej umieszczona w blacie chroniąca go przed zarysowaniem	Tak, podać			
150	Przelotki w blacie pozwalające na organizację okablowania	Tak, podać			
151	Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym	Tak			
152	Oferowany model,typ.producent	Tak, podać			
153	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
154	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
155	Fotel - 1 szt.	Tak, podać			
156	Fotel skórzany, siedzisko i oparcie wykonane z skóry ekologicznej	Tak, podać			
157	Tył siedziska wykonane ze skóry ekologicznej o takiej samej strukturze, jak przód	Tak, podać			
158	Wypełnienie stanowi pianka tapicerska, co sprawia, że fotel jest miękki	Tak, podać			
159	Komfortowo wyprofilowane oparcie	Tak, podać			
160	Duże, wygodne siedzisko	Tak, podać			
161	Rama i podłokietniki wykonane z drewna, z lekkim połyskiem	Tak, podać			
162	Drewniana podstawa z lakierowanego lekkiego drewna na stalowym stelażu	Tak, podać			
163	Kółka wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku	Tak, podać			
164	Szerokość całkowita z podłokietnikami 63cm +/-5%	Tak, podać			
165	Średnica podstawy jezdnej 70cm +/-5%	Tak, podać			
166	Wysokość całkowita z regulacją 117 do 123 +/-5%	Tak, podać			
167	Wysokość oparcia min 70cm +/- 5%	Tak, podać			
168	Wysokość siedziska w zakresie regulacji 50-56cm	Tak, podać			
169	Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym	Tak			
170	Oferowany model,typ.producent	Tak, podać			
171	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
172	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
173	Stolik - 1 szt.	Tak, podać			
174	Prostokątna ława kawowa do biura	Tak, podać			
175	Ława jest wyposażona w półkę umieszczoną pod blatem	Tak, podać			
176	Nogi narożne, które zapewniają stabilność	Tak, podać			
177	Długość 129cm +/- 5%	Tak, podać			
178	Szerokość 60cm +/- 5%	Tak, podać			
179	Wysokość 49cm +/- 5%	Tak, podać			
180	Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym	Tak			
181	Oferowany model,typ.producent	Tak, podać			
182	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
183	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
184	Sofa 3 z siedziskiem 3 osobowym - 1 szt.	Tak, podać			
185	Wykonana ze skóry naturalnej (oparcie, siedzisko, podłokietniki)	Tak, podać			
186	Pozostałe elementy tapicerowane skórą ekologiczną	Tak, podać			
187	Nóżki i rama dekoracyjna wykonane z drewna z lekkim połyskiem	Tak, podać			
188	Wygodne, rozłożyste siedzisko	Tak, podać			
189	Szerokość 215cm +/- 5%	Tak, podać			
190	Głębokość całkowita 90cm +/- 5%	Tak, podać			
191	Wysokość całkowita 88cm +/- 5%	Tak, podać			

192	Wysokość oparcia 45cm +/- 5%	Tak, podać			
193	Szerokość siedziska 147cm +/- 5%	Tak, podać			
194	Wysokość siedziska od podłoża 43cm +/- 5%	Tak, podać			
195	Głębokość siedziska 53cm +/- 5%	Tak, podać			
196	Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym	Tak			
197	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
198	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
199	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
200	Sofa dwuosobowa - 2 szt.	Tak, podać			
201	Wykonana ze skóry naturalnej (oparcie, siedzisko, podłokietniki)	Tak, podać			
202	Pozostałe elementy tapicerowane skórą ekologiczną	Tak, podać			
203	Nóżki i rama dekoracyjna wykonane z drewna z lekkim połyskiem	Tak, podać			
204	Wygodne, rozłożyste siedzisko	Tak, podać			
205	Szerokość 162cm +/- 5%	Tak, podać			
206	Głębokość całkowita 90cm +/- 5%	Tak, podać			
207	Wysokość całkowita 88cm +/- 5%	Tak, podać			
208	Wysokość oparcia 45cm +/- 5%	Tak, podać			
209	Szerokość siedziska 97cm +/- 5%	Tak, podać			
210	Wysokość siedziska od podłoża 43cm +/- 5%	Tak, podać			
211	Głębokość siedziska 53cm +/- 5%	Tak, podać			
212	Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym	Tak			
213	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
214	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
215	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
216	Szafa gabinetowa z witryną - 1 szt.	Tak, podać			
217	Górne drzwi przeszklone	Tak, podać			
218	Dolne drzwi pełne	Tak, podać			
219	Fronty wykończone płyciną	Tak, podać			
220	Drzwi zamykane na kluczyk	Tak, podać			
221	Elegancki cokół i gzyms	Tak, podać			
222	Możliwość regulacji wysokości półek	Tak, podać			
223	Boczne listwy gzymsu i cokołu można zdemontować, co umożliwia zestawienie szaf i komód bez zbędnych przerw między nimi	Tak, podać			
224	Szafa fornirowana drewnem	Tak, podać			
225	Szerokość 120cm +/- 5%	Tak, podać			
226	Głębokość min 43cm +/- 5%	Tak, podać			
227	Wysokość 220cm +/- 5%	Tak, podać			
228	Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym	Tak			
229	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
230	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
231	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
232	Komoda trzy drzwiowa - 1 szt.				
233	Pełne drzwi ozdobione płyciną	Tak			
234	Drzwi zamykane na kluczyk	Tak			
235	Elegancki gzyms	Tak			
236	Komoda fornirowana drewnem	Tak			
237	Szerokość 120cm +/- 5%	Tak, podać			

238	Głębokość min 40cm +/- 5%	Tak, podać			
239	Wysokość 84cm +/- 5%	Tak, podać			
240	Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym	Tak			
241	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
242	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
243	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
244	Stół konferencyjny - 1 szt.				
245	Stół w całości wykonany z litego drewna typu jesion lub dąb - koloru ciemnego do uzgodnienia z Zamawiającym	Tak, podać	jesion	10	
246	Stół w kształcie litery "T"	Tak			
247	Wymiary stołu: - krótsza część litery "T" : blat 280 x 160 cm +/- 5% , cztery nogi o przekroju 12 x 12 cm +/- 5% , rozstaw nóg : 100 x 240 cm +/- 5% , - dłuższa część litery "T" : blat 350 x 160 cm +/- 5% , pięć nóg o przekroju 12 x 12 cm piąta noga na przecięciu przekątnych , rozstaw nóg : 100 x 310 cm +/- 5% - w skrzyni stołu 11 otworów umożliwiających zamontowanie gniazd - rozmieszczenie oraz średnica otworów do uzgodnienia z Zamawiającym - blat : grubość blatu min 4 cm - nogi o przekroju min 12 x 12 cm - skrzynia stołu o wysokości min 12 cm - wysokość stołu : do blatu min 75 cm, do skrzyni min 63 cm	Tak, podać			
248	Oferowany model,typ,producent				
249	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy				
250	Urządzenie nowe nie powystawowe.				
251	Poz. nr 7 - Stoły - 130 szt.				
252	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
253	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
254	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
255	Parametry				
256	Stół w kształcie prostokąta o wymiarach: - blat : 80x100 cm +/- 5% , grubość min 3 cm - wysokość : 78 cm +/- 5% - cztery nogi w kształcie kwadratu 7x7 cm +/- 5% rozstaw nóg min 60 cm	Tak, podać			
257	Kolor stołu: - blat jasny - pozostałe części ciemne Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym	Tak, podać			
258	Stół wykonany z : - blat płyta typu laminat obrzeża PCV , lub równoważne. - pozostałe części stołu wykonane z drewna twardego np. jesion, dąb, buk	Tak, podać			
259	Poz. nr 8 - Krzesła wyściełane - 360 szt.				
260	Oferowany model,typ,producent	Tak, podać			
261	Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy	Tak, podać			
262	Urządzenie nowe nie powystawowe.	Tak			
263	Parametry				
264	Krzesła z polokietnikami o szerokości min 38 mm. Zamawiający dopuszcza kształty nieregularne.	Tak	gięte podłokietniki	10	
265	Krzesła przystosowane do sztaplowania	Tak			
266	Stelaż krzesła wykonany z drewna twardego typu jesion dąb buk, kolor ciemny do uzgodnienia z Zamawiającym	Tak, podać			

267	Wymiary krzesła : - wysokość całkowita - 82 cm +/- 5% - wysokość do siedziska - 47 cm +/- 5% - szerokość całkowita - 58 cm +/- 5% - cztery nogi o przekroju min 23 x 33 mm	Tak			
268	Krzesło z siedziskiem z tkaniny odpornym na ścieranie - min 30 tys. przetrące Tkanina siedziska w kolorze jasnym do uzgodnienia z Zamawiającym	Tak	45 tys. i więcej	10	

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów 80

Oświadczam, że zaofferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

- 1 Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
- 2 Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
- 3 W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
- 4 Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść *poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisana przez Zamawiającego*
- 5 Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń.
- 6 Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaferowanego sprzętu.
- 7 Miejscem dostawy i montażu jest : Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 43-55.

Oświadczam, że zaofferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)