

Pytania i odpowiedzi

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopowej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Numer postępowania ZP/30/2025

Czy zamawiający dopuści;

Pakiet 4, pozycja 1

Jednorazowa szczoteczka cytologiczna do pobierania materiału z przewodu pokarmowego, jałowa, kompatybilna z endoskopami Olympus GIF-H185, PCF-Q180A1, długość narzędzia 2400 mm, średnica szczotki 3-4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 pozycja 1

Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, kształt owalny, średnica pętli (w zależności od zapotrzebowania) od 10 mm, 15mm, 20mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; średnica zewnętrzna osłonki 2.3 mm, długość robocza narzędzia co najmniej 2300 mm. Pakowane po 10 sterylnych osobno pakowanych pętli w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5 pozycja 2

Pętla do polipektomii jednorazowego użytku; dostępne w kształcie: owalnym, dostępne średnice pętli od 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36 mm (w zależności od zapotrzebowania) , długość robocza narzędzia co najmniej 2300 mm, kompatybilne z kanałem endoskopu o minimalnej średnicy kanału roboczego 2.8 mm. Pakowane po 10 sterylnych osobno pakowanych pętli w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego,

Pakiet 1 pozycja 6

Czy w miejsce obecnych parametrów Zamawiający dopuści do zaoferowania: Jednorazową klipsownicę do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; szerokość otwarcia klipsa 9mm; 12mm, 16mm do wyboru Zamawiającego ;narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki ze znacznikami graficznymi w części proksymalnej i dystalnej; rotacja 360 stopni oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; suwak uwalniający klips w kolorze ciemnym niebieskim; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego,

Pakiet 1 pozycja 7

Czy w miejsce obecnych parametrów Zamawiający dopuści: Jednorazową klipsownicę do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1800mm; szerokość otwarcia klipsa 9mm, 12mm, 16mm do wyboru przez Zamawiającego ; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki ze znacznikami graficznymi w części proksymalnej i dystalnej; rotacja 360 stopni oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; suwak uwalniający klips w kolorze ciemnym niebieskim; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowią wielkość szacunkową uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz ilości wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku do umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i zostać zredukowane do faktycznych potrzeb i możliwości, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 70% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, że Zamawiającemu zostanie dostarczony towar wolny od wad lub uzupełniony brak w terminie do 3 dni, w dni robocze od pon. – pt., licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji nie dostarczenia produktu na czas, oraz bezwzględnej konieczności zastosowania produktu u pacjenta, dokona zakupu u innego Sprzedawcy, a Wykonawca zostanie obciążony różnicą kwotową, w przypadku ceny wyższej, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, a w szczególności nie realizowania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie w szczególności określonych w § 2 i 3, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.