

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*potłinsp. Andrzej BORYCKI*

Zatwierdzam

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i przegląd techniczny 2 analizatorów narkotyków Drager DrugTest 5000.

Naprawa musi obejmować:

- wymianę akumulatorów,
- czyszczenie układu podajnika kasety i standardu bieli,
- usunięcie uszkodzeń mechanicznych,
- obudowa dolna DT5000.

STARSZY TECHNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*M. Plebanska*  
Martynia PLEBAŃSKA

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*M. Lewinski*  
mł. asp. Marek LEWIŃSKI