



ROO.271.02.2025.FZ

<https://platformazakupowa.pl/pn/sierakow>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Dostawa mikroskopów wraz z kamerami mikroskopowymi.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1

„Czy zamawiający dopuści mikroskop z polem widzenia okularów o wartości 20mm? Co powinno być dla uczniów w zupełności wystarczające.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza mikroskopu z polem widzenia okularów o wartości 20 mm.

Pytanie nr 2

„Czy zamawiający dopuści mikroskop z oświetleniem ledowym o mocy 0.5W.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza Zamawiający informuje, że nie dopuszcza mikroskopu z z oświetleniem ledowym o mocy 0.5W.

Pytanie nr 3

„Czy zamawiający dopuści mikroskop z podziałem światła okulary/kamera 100%-0%, 0%-100%?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza mikroskopu z podziałem światła okulary/kamera 100%-0%, 0%-100%.

Pytanie nr 4

„Czy zamawiający dopuści mikroskop z nasadką okularową z rozstawem źrenic w zakresie 48-75?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza mikroskopu z nasadką okularową z rozstawem źrenic w zakresie 48-75.

Pytanie nr 5

„Czy zamawiający dopuści mikroskop z nasadką okularową o stałym kącie nachylenia 30 stopni, ale z możliwością regulacji okularów w zakresie 370.0 – 432.9 mm.”



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mikroskop z nasadką okularową o stałym kącie nachylenia 30 stopni, ale z możliwością regulacji okularów w zakresie 370.0 – 432.9 mm.nych z 40% na 30%.

Pytanie nr 6

„Czy zamawiający dopuści mikroskop ze stolikiem mikroskopowym o wymiarach 174 mm × 89 mm ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu ze stolikiem mikroskopowym o wymiarach 174 mm × 89 mm.

Pytanie nr 7

„Czy zamawiający dopuści kamerę cyfrową do współpracy z systemem Windows oraz MacOS – na urządzeniach mobilnych, Android na urządzeniach mobilnych, ale nie na systemie Linux?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kamery cyfrowej do współpracy z systemem Windows oraz MacOS – na urządzeniach mobilnych, Android na urządzeniach mobilnych, ale nie na systemie Linux.

Pytanie nr 8

„Czy zamawiający dopuści kamerę z zapisem filmów tylko w formacie AVI?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kamery z zapisem filmów tylko w formacie AVI.

Pytanie nr 9

„Czy zamawiający dopuści kamerę z bardzo intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kamery z bardzo intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim.


Pytanie nr 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy mikroskopów do 42 dni od daty podpisania umowy? Ponadto zwracamy uwagę, że termin dostawy określony w SWZ i wzorze umowy są rozbieżne. W SWZ wskazano, że dostawa powinna zostać zrealizowana w terminie 14 dni - najpóźniej do 28.04.2025, a we wzorze umowy określono termin dostawy na 21 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy mikroskopów do 42 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokonuje ujednolicenia postanowień dokumentów postępowania, w związku z czym par. 2 ust. 1 projektu umowy otrzymują brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie w terminie 14 dni - najpóźniej do 28.04.2025, z zastrzeżeniem ust. 2.



Pytanie nr 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust 2 wzoru umowy z następującego: „Strony zgodnie postanawiają, że szkolenie aplikacyjne objęte Przedmiotem Umowy Wykonawca przeprowadzi w terminie do 15 maja 2025 r. od momenty odbioru Przedmiotu umowy..” na następujący zapis: Strony zgodnie postanawiają, że szkolenie aplikacyjne objęte Przedmiotem Umowy Wykonawca przeprowadzi w terminie do 16 czerwca 2025 r. od momentu odbioru Przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §2 ust. 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „Strony zgodnie postanawiają, że szkolenie aplikacyjne objęte Przedmiotem Umowy Wykonawca przeprowadzi w terminie do 16 czerwca 2025 r. od momentu odbioru Przedmiotu umowy.”

Pytanie nr 12

„Czy Zamawiający dopuszcza regulację dioptrii w jednym tubusie okularowym? Jest to wystarczające rozwiązanie, ponieważ dla drugiego tubusa regulacja następuje poprzez obrót śrubą mikrometryczną. Dodatkowo w znaczny sposób ułatwia to poprawne uchwycenie ostrości obrazu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza regulację dioptrii w jednym tubusie okularowym.

Pytanie nr 13

„Czy Zamawiający dopuszcza głowicę o rozstawie międzyżrenicowym w zakresie 55-75mm? Jest to standardowy rozstaw stosowany w głowicach bino oraz trinokularowych. Wymagany przez Zamawiającego zakres tj. 40-80mm nie występuje ze względu na ograniczenia w budowie głowicy mikroskopowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza głowicy o rozstawie międzyżrenicowym w zakresie 55-75 mm.

Pytanie nr 14

„Proszę o wyjaśnienie zapisu z punktu 18. Czy Zamawiający dopuszcza działkę elementarną ruchu mikro 0.002mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza działkę elementarną ruchu mikro na poziomie 0.002 mm. W punkcie 18 wystąpiła nieścisłość, podana wartość AC odnosi się do zasilania, a nie do działki.

Pytanie nr 14

„W punkcie 15 (kamera mikroskopowa) Zamawiający zawarł zapis o konieczności posiadania funkcji bluetooth. Bezprzewodowa komunikacja kamery z komputerem i oprogramowaniem odbywa się za pomocą technologii WiFi. Bluetooth stosuje się do komunikacji kamery z kontrolerem typu myszka. Czy Zamawiający potwierdza konieczność komunikacji bezprzewodowej kamery za pośrednictwem WiFi?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga konieczności komunikacji bezprzewodowej kamery za pośrednictwem WiFi, Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.



Pytanie nr 15

„Według naszej wiedzy na rynku nie ma mikroskopu o rozstawie źrenic od 40 do 80 mm. Czy zamawiający może wskazać mikroskop spełniający dany parametr? Czy zamawiający dopuszcza mikroskop o zakresie rozstawu źrenic od 47 do 78 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mikroskop o zakresie rozstawu źrenic od 47 do 78 mm.

Pytanie nr 16

„Czy zapis odnoszący się do kąta nachylenia tubusów okularowych oznacza, że zamawiający akceptuje mikroskopu o tubusach okularowych nachylonych pod kątem 30° lub 45°.”

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje mikroskop o tubusach okularowych nachylonych pod kątem 30° lub 45°.”

Pytanie nr 17

„W opisie przedmiotu zamówienia została podana wartość AC która odnosi się do zasilania a nie działki elementarnej. Jaką maksymalną wartość działki elementarnej zamawiający wymagana?”

Odpowiedź:

Podana wartość AC odnosi się do zasilania, a nie do działki elementarnej. Wymagana działka elementarna to 0,002 mm.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający wymaga aby antystatyczny pokrowiec przeciwkurzowy był mocny, szyty z tkaniny poliestrowej, impregnowany od wewnętrznej strony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby antystatyczny pokrowiec przeciwkurzowy był mocny, szyty z tkaniny poliestrowej i impregnowany od wewnętrznej strony.

Pytanie nr 19

„Czy zamawiający dopuszcza kamery o rozdzielczości 1920x1080 pix (FullHD)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kamery o rozdzielczości 1920x1080 pikseli (FullHD).

Pytanie nr 20

„Czy zamawiający wymaga aby kamery łączyły się z komputerem/laptopem przez kabel USB czy przez WiFi?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia kamery z komputerem lub laptopem przez kabel USB lub za pośrednictwem WiFi.



Pytanie nr 21

„Czy zamawiający wymaga aby oprogramowanie do obsługi kamer na komputerze/laptopie posiadało m.in. funkcje kalibracji i pomiarów, wykonywania mikropanoram oraz z-stacking?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie do obsługi kamer na komputerze lub laptopie posiadało funkcje kalibracji i pomiarów, wykonywania mikropanoram oraz z-stacking.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty, traktując je jako ważne i wiążące.