

## SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII

ul. F. Joliot-Curie 14  
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02

finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl

Postępowanie WCH.SEF.273.116.2025

Wrocław, dnia 07 kwietnia 2025 r. r.

**Dotyczy: postępowania na dostawę wagi analitycznej, wyparki rotacyjnej  
i mieszadeł magnetycznych  
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 04.04.2025 r. r.**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadła z płytą okrągłą o średnicy 145 mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadła z zakresem prędkości od 100 do 140 rpm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadła z temperaturą od temperatury pokojowej do 300 °C

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

4. Czy wymagane są mieszadła z certyfikatem do pracy ciągłej z płytą grzejną posiada obwody zabezpieczające przed przegrzaniem?

**Odpowiedź:** Nie

