

Wrocław, dnia 25 marca 2025 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Nr sprawy: MED/134/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę odczynników laboratoryjnych dla WOMP Wrocław (14 zadań)

W związku z pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 8, poz. 10,11,12,13. Według naszej najlepszej wiedzy na rynku nie ma dostępnych wzorców mętności z odniesieniem do ISO 17034 dla aparatów NON-RATIO. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców marki Reagecon bez odniesienia do ISO 17034

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Zadanie nr 8, poz. 10,11,12,13. Według naszej najlepszej wiedzy na rynku nie ma dostępnych wzorców mętności z odniesieniem do ISO 17034 dla aparatów NON-RATIO. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę formazynowych wzorców mętności z odniesieniem do ISO 17034?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 8, poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca formazynowego z datą ważności min. 6 miesięcy z odniesieniem do ISO 17034?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Zadanie nr 8, poz. 27. Według naszej najlepszej wiedzy na rynku istnieje wyłącznie produkt w zakresie stężeń 0,5 do 3 mg/l z odniesieniem do ISO 17034. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w takim zakresie stężeń? Jeżeli nie czy Zamawiający może podać numer katalogowy produkt, który spełnia wyspecyfikowane wymagania.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża Wilson Blair na płytce, które posiada termin ważności 21 dni od daty produkcji i minimum 2 tygodnie od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża Bulion SF w probówce o objętości 5 ml oraz posiadającego termin ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 8 podłoża Wilson Blair w butelce, które posiada termin ważności 60 dni od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy oraz które należy przechowywać w temperaturze 2-12°C?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 12 podłoża Agar Kliglera-skos w probówce o objętości 7 ml? Jeśli nie, to czy wyrazi zgodę na podłoże w probówce o objętości 3 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o objętości próbówki w przedziale 5-7 ml.

Pytanie nr 9:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 13 podłoża Agar Christensen w probówce o objętości 7 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o objętości próbówki w przedziale 5-7 ml.

Pytanie nr 10:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 14 podłoża w probówce o objętości 3 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o objętości próbówki w przedziale 3-5 ml.

Pytanie nr 11:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 16 podłoża w probówce o objętości 3 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o objętości próbówki w przedziale 3-5 ml.

Pytanie nr 12:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 23 testu, który w opakowaniu zawiera 30 probówek o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 1 do pytań)? Jeśli tak, to jaką ilość takich opakowań Zamawiający wymaga by zaoferować?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający udzielając odpowiedzi, pomija załączone do pytań dokumenty, ponieważ komunikacja oraz składanie oferty i innych dokumentów odbywają się w języku polskim.

Pytanie nr 13:

ZADANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 24 podłoża transportowego, które w opakowaniu zawiera 150 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic, które jako środek konserwujący zawierają Azydek sodu (NaN_3) 0,9 mg/m?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 8 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 surowicy, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 11 surowicy polispecyficznej Anti-Shigella II S. dysenteriae type 1-10 Group A, która w opakowaniu zawiera 1 ml i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24:

ZADANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pozycji nr 12-14 surowicy polispecyficznej Anti-Shigella III S. boydii type 1-15 Group C, która w opakowaniu zawiera 1 ml? Jeśli tak, to jaką ilość Zamawiający wymaga by zaoferować?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

ZADANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 odczynnika, który w opakowaniu zawiera 100 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

ZADANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 oraz 5 podłoża odciskowego TSA, które:

- pakowane jest w pojedyncze opakowania foliowe,
- posiada termin ważności 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy,
- sterylizowane jest poprzez autoklawowanie w temp. 121°C przez 15 min,
- należy przechowywać w temperaturze 2-12°C,
- zawiera opakowanie 10 płytek o średnicy 65 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27:

ZADANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 testu paskowego, który w opakowaniu zawiera 50 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:

ZADANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 podłoża, które w opakowaniu zawiera 50 x 10 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29:

ZADANIE 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 podłoża, które w opakowaniu zawiera 5 ml x 50 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

ZADANIE 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża, które w opakowaniu zawiera 7 ml x 50 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

ZADANIE 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pozycji nr 10-11 testu Microgen Legionella, który umożliwia oddzielną identyfikację L. pneumophila Serogrupa 1 i Serogrupy 2-15* oraz innych powszechnie izolowanych gatunków Legionella, zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik nr 2 do pytań)?

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający udzielając odpowiedzi, pomija załączone do pytań dokumenty, ponieważ komunikacja oraz składanie oferty i innych dokumentów odbywają się w języku polskim

Pytanie nr 32:

zadanie 14: Proszę o informację pod jakie urządzenia filtrowentylacyjne mają zostać dobrane kombinezony

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Urządzenie filtrowentylujące PROFLOW

Pytanie nr 33:

zadanie nr 12 poz. 10: czy Zamawiający dopuści próbówki w rozmiarach 15,5 x 150 mm lub 15x135 mm lub 16x160 mm

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34:


dot. zadania 12 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści paski z odczytem 134°C przez 5 minut

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

**KOMENDANT 2. WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2. WOG**


Marta SZCZUREK

