



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**  
**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448, BDO: 000150922  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 39/ZP/2024  
DZP/318/2024

Zgorzelec, dnia 14.10.2024r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### **Dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawa z instalacją dwóch rezonansów magnetycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1 - Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Rezonans Magnetyczny B pkt 126 „Wstrzykiwacz środka kontrastowego przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego”**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w trosce o środowisko będzie wymagał dostarczenia wstrzykiwacza bezwładowego, który wytwarza kilkukrotnie mniej odpadów medycznych? Tego typu wstrzykiwacze nie generują po każdym pacjencie odpadów w postaci wkładów tylko umożliwia bezpośrednią iniekcję środka cieniującego i NaCl z oryginalnych opakowań producentów.

**Odp. Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, podanego powyżej rozwiązania.**

#### **(ZAPYTANIE NR 2)**

##### **Pytanie 1 – Dotyczy Pakietu nr 1 część nr 3a Cyfrowy Aparat RTG pkt 4 i 5**

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia rezonansów wraz z pełnym oprogramowaniem oraz **wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.**

Informujemy, że tylko takie zapisy umowy zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnych urządzeń. Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na serwis sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania, na uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej rezonansów, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych. Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem rezonansów w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

*Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § ... ust. ... jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.*

**Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w § 2 załącznika nr 7 do SWZ w następujący sposób:**

- a) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu - najpóźniej przy ostatnim przeglądzie serwisowym - aktualne kody dostępu, hasła (klucze) serwisowe do sprzętu medycznego oraz usunąć wszelkiego rodzaju zabezpieczenia tego sprzętu, „klucze” softwarowe, hardwarowe, w taki sposób, by umożliwić dokonywanie pełnej obsługi serwisowej sprzętu bezpośrednio przez Zamawiającego lub powierzenie jej świadczenia podmiotowi trzeciemu.”
- b) § 2 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje brzmienie; „Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia umowy nie zaistniały przesłanki do odstąpienia od niej w szczególności, że zgodnie z art. 456 pkt. 1 ust. 2b) PZP nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 PZP. i art. 7 ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2024r. poz. 507) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).”

### **(ZAPYTANIE NR 3)**

#### **Pytanie 1**

**Dotyczy zał. nr 2 Formularz opis przedmiotu zamówienia**

**Arkusz: „parametry oceniane”,**

**Tabela: „FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry oceniane”**

**Kolumna: „C” – „Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny”**

Prosimy o potwierdzenie, że parametry wyszczególnione w tym arkuszu/tabeli są parametrami ocenianymi **oraz ocenianymi i wymaganymi**.

Uzasadnienie.

Tytuł arkusza/tabeli sugeruje, że opisane w nim parametry są wyłącznie oceniane. Tymczasem kolumna „C” zawiera precyzyjny przekaz informujący, że ujęte w niej parametry są warunkami wymaganymi, koniecznymi do spełnienia i stanowią parametr graniczny. Owszem, część z tych parametrów ma w kolumnie „C” wyraźną wskazówkę w postaci zapisu „Tak/Nie” i dla nich sytuacja jest jasna – są one wyłącznie oceniane, tzn. można je zaoferować („Tak”), czemu towarzyszyć będzie odpowiednia premia punktowa lub nie oferować („Nie”) – bez premii. Przykład:

<b>Rezonans Magnetyczny A</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Opis parametrów</b>	<b>Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny</b>	<b>Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru</b>	<b>Zasady oceny (punktacji)</b>
<b>I. System RF – tor nadawczy</b>				
2.	Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej	Tak/Nie Jeżeli tak – podać nazwę		Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt

Natomiast istnieje szereg parametrów o innym charakterze, gdzie wyraźną intencją Zamawiającego jest najpierw postawienie warunku wymaganego, koniecznego do spełnienia i stanowiącego parametr graniczny, a dopiero następnie poddawanie go odpowiedniej ocenie. Przykład:

<b>Rezonans Magnetyczny A</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Opis parametrów</b>	<b>Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny</b>	<b>Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie</b>	<b>Zasady oceny (punktacji)</b>

			parametru	
<b>I. System RF – tor nadawczy</b>				
1.	Moc wyjściowa nadajnika	≥ 15 kW; Tak, podać		= 15 kW – 0 pkt >15 kW - 25 kW – 5 pkt > 25 kW – 8 pkt.

Zatem z uwagi na to, że parametry ww. arkusza/tabeli nie są jedynie ocenianymi – jak sugerowałaby jego nazwa, lecz również ocenianymi i wymaganymi, uprzejmie prosimy o potwierdzenie tego faktu, celem uniknięcia rozbieżnych interpretacji zapisów SWZ.

**Odp. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do SWZ Formularz opis przedmiotu zamówienia - parametry oceniane nad tabelą znajduje się zapis „Parametry graniczne - Niespełnienie któregokolwiek z podanych minimalnych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane (...)) będzie skutkowało odrzuceniem oferty - dotyczy wyłącznie sytuacji kiedy Zamawiający wymaga podać zakres lub opisać (nie dotyczy sytuacji w przypadku, gdy Zamawiający wymaga udzielenia odpowiedzi TAK/NIE). Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie uznane jako niespełnienie parametrów i spowoduje odrzucenie oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Jeżeli wykonawca wpisze słowo TAK, gdy wymagane jest podanie zakresów lub opisanie spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy. Zaznaczenie wyłącznie odpowiedzi TAK, gdy Zamawiający wymaga jednocześnie potwierdzenia np. podania nazwy lub technologii spowoduje - przyjęcie przez Zamawiającego iż Wykonawca nie posiada danego parametru czy funkcjonalności i przyzna 0 punktów nie odrzucając oferty”.**

**Powyższy zapis szczegółowo wyjaśnia zasadę spełnienia warunków wymaganych, koniecznych do spełnienia tj.**

**A) W takiej sytuacji:**

<b>Rezonans Magnetyczny A</b>				
Lp.	Opis parametrów	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny	Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru	Zasady oceny (punktacji)
<b>I. System RF – tor nadawczy</b>				
2.	Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej	Tak/Nie Jeżeli tak – podać nazwę		Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt

**Udzielenie odpowiedzi „NIE” w kolumnie parametry oferowane (...) nie spowoduje odrzucenia oferty Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt.**

**B) W takiej sytuacji:**

<b>Rezonans Magnetyczny A</b>				
Lp.	Opis parametrów	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny	Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru	Zasady oceny (punktacji)
<b>I. System RF – tor nadawczy</b>				

1.	Moc wyjściowa nadajnika	≥ 15 kW; Tak, podać	= 15 kW – 0 pkt >15 kW - 25 kW – 5 pkt > 25 kW – 8 pkt.
----	-------------------------	------------------------	---

**W przypadku zaoferowania mocy wyjściowej nadajnika poniżej 15kW w kolumnie parametry oferowane (...) spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy. Aby Wykonawca mógł otrzymać min. 0 pkt. musi zaoferować przynajmniej moc wyjściową nadajnika 15kW. Powyższe wyjaśnienie jest zgodne z zapisami zacytowanych zasad wypełnienia i oceny ofert.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy zał. nr 2 Formularz opis przedmiotu zamówienia**

**Arkusz: „parametry oceniane”,**

**Tabela: „FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry oceniane”**

**Wiersze 14 i 57 arkusza**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednej cewki do badań mammograficznych, współdzielonej pomiędzy aparatami A i B, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Uzasadnienie.

W wierszach 14 i 57 ww. arkusza/tabeli znajdują się zapisy o identycznym brzmieniu:

**wiersz 14 arkusza:**

<b>Rezonans Magnetyczny A</b>					
Lp.	Opis parametrów	Warunki wymagane, konieczne spełnienia Parametr graniczny	do Parametr graniczny	Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru	Zasady oceny (punktacji)
<b>III. Cewki</b>					
7.	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań mammograficznych, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta równoważne w zakresie podanych parametrów	Tak; ≥ 16 elementów obrazujących jednocześnie	podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących		16 el. – 0 pkt 17 el. – 1 pkt 18 el. – 2 pkt > 18 el. – 4 pkt

**wiersz 57 arkusza:**

<b>Rezonans Magnetyczny B</b>					
Lp.	Opis parametrów	Warunki wymagane, konieczne spełnienia Parametr graniczny	do Parametr graniczny	Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru	Zasady oceny (punktacji)
<b>II. Cewki</b>					
4.	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań mammograficznych, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta równoważne w zakresie podanych parametrów	Tak; ≥ 16 elementów obrazujących jednocześnie	podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących		16 el. – 0 pkt 17 el. – 1 pkt 18 el. – 2 pkt > 18 el. – 4 pkt

Takie zapisy mogą prowadzić do wniosku, że intencją Zamawiającego jest wyposażenie obu rezonansów magnetycznych – A i B – w stosowną cewkę do badań mammograficznych, czyli że oczekiwana jest dostawa dwóch cewek, dla każdego z aparatów. Tymczasem specyfiką badań mammograficznych w rezonansie

magnetycznym jest fakt, że – w porównaniu z innymi procedurami diagnostycznymi – są one relatywnie rzadkie. Z drugiej strony istniejące na rynku rozwiązania oferują możliwości techniczne współdzielenia jednej cewki mammograficznej pomiędzy dwoma aparatami. Wydaje się, że rezonans A – z uwagi na inne wymagania – będzie urządzeniem z wyboru do badań mammograficznych, podczas gdy rezonans B stanowiłby odpowiednią rezerwę. Stąd zakup dwóch cewek byłby zbędnym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego. Zatem, powyższy postulat ma na celu ochronę interesu Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że ze względu na dbałość o racjonalność wydatków, w przypadku możliwości współdzielenia w obu rezonansach cewki do badań mammograficznych dopuszcza zaoferowanie jednej takiej cewki.**

### **Pytanie 3 – Dotyczy zał. nr 2 Formularz opis przedmiotu zamówienia - XXVII. Wielomodalny serwer aplikacyjny**

W Związku z toczącym się równolegle postępowaniem na zakup tomografu komputerowego i zbieżnymi wymogami dotyczącymi wymogów dot. serwera prosimy Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania, w sytuacji jeśli okaże się, że dostarczany sprzęt w obu postępowaniach będzie pochodził od tego samego producenta - rozwiązania polegającego na instalacji wymaganego w pkt XXIX oprogramowania przeznaczonego do opisów badań MR na serwerze dostarczonym w ramach postępowania na tomograf komputerowy.

Niewątpliwą korzyścią dla Zamawiającego będzie niższa cena zaoferowanego rozwiązania, mimo niższej ceny funkcjonalność się zwiększy, gdyż proponowane przez nas rozwiązanie i jego funkcjonalności (wraz z zaawansowanymi aplikacjami) będą dostępne równolegle do opisu badań zarówno TK i MR - zarówno na konsoli oferowanej przy tomografii, jak i na konsoli oferowanej przy rezonansie magnetycznym.

Dodatkowo Zamawiający będzie miał niższe koszty utrzymania systemu w okresie po upływie gwarancji.

Pozytywna odpowiedź będzie oznaczać rezygnację z wymogu dostarczenie kolejnego (nadmiarowego) serwera , sprzętowego w bieżącym postępowaniu.

**Odp. Zamawiający umożliwi zaoferowanie, w sytuacji jeśli okaże się, że dostarczany sprzęt w obu postępowaniach będzie pochodził od tego samego producenta możliwość rozwiązania polegającego na instalacji wymaganego w pkt. XXIX oprogramowania przeznaczonego do opisów badań MR na serwerze dostarczonym w ramach postępowania na tomograf komputerowy.**

**Zamawiający na tym etapie postępowania nie może potwierdzić, że rezygnuje z wymogu dostarczenia kolejnego (nadmiarowego) serwera, sprzętowego w bieżącym postępowaniu, z uwagi na to, że postępowanie na dostawę m.in. tomografu komputerowego znajduje się na etapie oceny i badania złożonych ofert.**

### **Pytanie 4 – Dotyczy zał. nr 2 Formularz opis przedmiotu zamówienia – pkt 132**

Prosimy o jednoznaczne określenie, że Zamawiający wymaga od dostawcy nowego systemu MR wyłącznie demontażu i utylizacji obecne zainstalowanego systemu MR firmy Philips oraz, że Wykonawca powinien przedstawić Kartę Utylizacji Odpadu

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.**

### **Pytanie 5 – Dotyczy zał. nr 2A Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – pkt 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu: „Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju sprzętu (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój sprzętu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia, **chyba że zdarzył się w dniu już raz oznaczonym jako niesprawny - w takim przypadku gwarancja nie zostaje wydłużona**”:

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji treści pkt. 2 załącznika nr 2A do SWZ Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.**

### **Pytanie 6 – Dotyczy zał. nr 2A Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – pkt 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu: „Pełna obsługa serwisowa napraw i bieżącego utrzymania w ruchu (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (dodatkowo przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp., **za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania**”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji treści pkt. 4 załącznika nr 2A do SWZ Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.**

### **Pytanie 7 – Dotyczy zał. nr 2A Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – pkt 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie powyższego zapisu? Wykonawca nie może akceptować nieznanych kosztów.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro Zamawiający nie może określić ilości i ceny takich badań. Tym bardziej, że interesy Zamawiającego chronią zastrzeżone kary umowne oraz prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego



**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wykreślenia treści pkt. 9 załącznika nr 2A do SWZ Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.**

**Pytanie 8 – Dotyczy zał. nr 2A Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – pkt 10b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wykreślenia treści pkt. 10b załącznika nr 2A do SWZ Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.**

**Pytanie 9 – Dotyczy zał. nr 2A Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – pkt 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

**Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.**

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt 11 załącznika nr 2A do SWZ Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.**

**Pytanie 10 – Dotyczy zał. nr 2A Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu**

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania<sup>1</sup> przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

**Odp. Zamawiający potwierdza i zapewnia łącza o podanych powyżej parametrach.**

**Pytanie 11 – Dotyczy zapisów SWZ**

Czy Zamawiający w ramach zamówienia wymaga podłączenia do systemu PACS/RIS przedmiotu zamówienia z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS i RIS?

Jeśli tak:

1. Prosimy o informację kto jest dostawcą systemu informatycznego PACS i RIS
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktywne licencje umożliwiające wykonanie podłączenia oferowanych aparatów będących przedmiotem zamówienia z systemem PACS/RIS oraz że ewentualne koszty integracji po stronie dostawcy systemu PACS/RIS ponosić będzie Zamawiający.

**Odp. Zamawiający informuje, że będzie posiadał aktywne licencje, koszt integracji po stronie Zamawiającego, zapis dotyczy możliwości technicznego przyłączenia do sieci PACS.**

**Pytanie 12 – Dotyczy zał. nr 7, Umowa – projekt §8 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu: „Jeżeli kary umowne, przewidziane w ustępach poprzednich, nie pokrywają poniesionej szkody – Strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, **z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.**”

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odp. Zamawiający częściowo wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy (załącznik nr 7 do SWZ) w ust. 2 § 8, który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli kary umowne, przewidziane w ustępach poprzednich, nie pokrywają poniesionej szkody – Strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto”.**

### **Pytanie 13 – Dotyczy zał. nr 7, Umowa – projekt §11 ust. 8 i 9**

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na zastąpienie ustępu 8 i 9 zapisami w brzmieniu:

1. Wykonawca może zlecić podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
2. Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem .....
3. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
6. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:
  - a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
  - b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
7. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 11 (załącznik nr 7 do SWZ), który otrzymuje brzmienie:**

#### **„POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

1. W celu realizacji umowy głównej Zamawiający (Administrator danych) powierza Wykonawcy (Podmiotowi przetwarzającemu) w trybie art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych:
  - a) pacjentów, korzystających z usług Zamawiającego, zgromadzonych na sprzęcie medycznym, którego dotyczy Umowa, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz wyłącznie w celu właściwej jej realizacji. Przetwarzanie obejmować może maksymalnie następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia i adres zamieszkania

- pacjenta, rozpoznanie główne, opis procedury medycznej wykonanej za pomocą sprzętu będącego przedmiotem Umowy oraz
- b) dane osoby przeprowadzającej badanie: imię i nazwisko;
- c) dane lekarza kierującego: imię i nazwisko wykonującego i opisującego badanie.
2. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Rzeczywisty zakres przekazywanych danych może być mniejszy, bez uszczerbku dla postanowień niniejszego akapitu. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Wykonawcy.
  4. Przetwarzanie będzie wykonywane wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy.
  5. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz przestrzegania przy ich przetwarzaniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tj. *RODO* oraz przepisów implementujących.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez stosowanie przy ich przetwarzaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 32 *RODO*, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem powierzonych danych.
  7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 *RODO*). Wykonawca udostępniania na żądanie Zamawiającego prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Wykonawcy.
  - ~~8. Wykonawca może przekazać przetwarzanie powierzonych w umowie danych osobowych swoim podwykonawcom wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Forma pisemna dla zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. W przypadku powierzenia danych do dalszego przetwarzania, Wykonawca zapewni przestrzeganie warunków niniejszego paragrafu przez dalszego przetwarzającego a za jego działania będzie odpowiadał jak za działania własne~~
  8. Wykonawca może zlecić podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
  - ~~9. Wykonawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej EOG). Wykonawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG. Jeżeli Wykonawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania~~
  9. Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem .....
  10. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
  11. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
  12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
  13. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:
    - a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
    - b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
  14. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. *RODO*. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania *RODO*, zapewnia ochronę praw



zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń

15. Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do pracowników lub współpracowników Wykonawcy, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających imienne upoważnienie. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy w zakresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wglądu upoważnienia wystawione swoim pracownikom lub współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
16. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników i współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia że zostali oni przeszkoleni w powyższym zakresie.
17. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. poprzednich zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
18. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3. lit. h. RODO ma prawo do kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych osobowych spełniają wymagania RODO oraz postanowienia umowy.
19. Zamawiający będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego przy poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o planowanej kontroli 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. W przypadku uzasadnionych przesłanek świadczących o niewywiązywaniu się przez Wykonawcę z powierzonych obowiązków Zamawiający będzie realizował prawo kontroli bez zachowania wskazanego terminu.
20. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, pod rygorem nałożenia kar umownych, przewidzianych umową.
21. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zwrotu powierzonych mu danych oraz wszelkich ich istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zrealizowanie tego obowiązku.
22. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym) .
23. Jeżeli Wykonawca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zamawiającego poleceń lub instrukcji, Wykonawca natychmiast informuje Zamawiającego o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem).
24. W razie powzięcia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin, zgłosić je Zamawiającemu oraz dostarczyć wszelkich informacji, niezbędnych do wypełnienia obowiązków, przewidzianych art. 33 RODO.
25. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z RODO lub niniejszym paragrafem przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów RODO wraz z ustawami implementującymi oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
26. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu czynności serwisowych lub gwarancyjnych obowiązków, wynikających z przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej *Rozporządzeniem RODO*) lub przepisów implementujących *Rozporządzenie RODO*, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną będącą równowartością administracyjnych kar pieniężnych, nałożonych na Zamawiającego przez organ nadzorczy.
27. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem odszkodowawczym przez osobę, której prawa, wynikające z *Rozporządzenia RODO* zostały naruszone przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną będącą równowartością zasądzonego odszkodowania."

#### **Pytanie 14 – Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy o podanie przybliżonej łącznej masy wszystkich elementów rezonansu magnetycznego przeznaczonego do utylizacji.

**Odp.** Zamawiający nie jest w stanie określić wagi elementów, ponieważ nie posiada szczegółowej dokumentacji technicznej.

#### **Pytanie 15 – Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie otworu transportowego w elewacji, umożliwiającego wyjęcie starego rezonansu magnetycznego oraz dostawę i wprowadzenie nowego aparatu oraz późniejsze zamknięcie otworu i odtworzenie elewacji zostanie wykonane przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie prace związane z montażem nowego rezonansu i demontażem starego w pracowni są po stronie Wykonawcy.**

#### **Pytanie 16 – Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy będą tylko te prace adaptacyjne, które wynikają bezpośrednio z technologii montażu dostarczanego przez Wykonawcę urządzenia?

**Odp. Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy są wszystkie prace adaptacyjne związane z dostawą, montażem i doprowadzeniem do uruchomienia nowego urządzenia.**

#### **Pytanie 17 – Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie inne prace adaptacyjne, niezwiązane wprost z technologią montażu rezonansu magnetycznego będą wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie?

**Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie prace związane z doprowadzeniem do uruchomienia rezonansu magnetycznego, w tym prace adaptacyjne niezwiązane wprost z technologią montażu rezonansu magnetycznego są po stronie Wykonawcy.**

#### **Pytanie 18 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie całkowicie nowej instalacji chłodzenia rezonansu magnetycznego za pomocą wody lodowej wraz z dostawą nowego agregatu wody lodowej, wykonaniem nowej instalacji hydraulicznej?

**Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, że w zakresie Wykonawcy będzie wykonanie całkowicie nowej instalacji chłodzenia rezonansu magnetycznego za pomocą wody lodowej wraz z dostawą nowego agregatu wody lodowej, wykonaniem nowej instalacji hydraulicznej.**

#### **Pytanie 19 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie elementów istniejącej instalacji chłodniczej, które Wykonawca będzie mógł ewentualnie wykorzystać, w przypadku kiedy będzie trzeba wykonać ją na nowo?

**Odp. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania elementów istniejącej instalacji chłodniczej, instalacja ma być wykonana w sposób gwarantujący bezawaryjną pracę rezonansu i dostosowana do technologii stosowanej przez producenta zaferowanego urządzenia.**

#### **Pytanie 20 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zakresie Wykonawcy będzie jakkolwiek modyfikacja lub wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej?

Jeżeli tak, prosimy o określenie zakresu modyfikacji jaka będzie w zakresie Wykonawcy lub określenie wszystkich kluczowych parametrów w przypadku kiedy instalacja ta miałaby być wykonana w całości na nowo.

**Odp. Wentylacja ma zostać wykonana w sposób gwarantujący bezawaryjną pracę rezonansu i dostosowana do technologii stosowanej przez producenta zaferowanego urządzenia. Zamawiający nie ma możliwości podania parametrów wymaganych, gdyż są one różne w przypadku różnych producentów.**

#### **Pytanie 21 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zakresie Wykonawcy będzie jakkolwiek modyfikacja lub wykonanie nowej instalacji klimatyzacyjnej?

Jeżeli tak, prosimy o określenie zakresu modyfikacji jaka będzie w zakresie Wykonawcy lub określenie wszystkich kluczowych parametrów w przypadku kiedy instalacja ta miałaby być wykonana w całości na nowo oraz czy Zamawiający dopuści urządzenie klimatyzacyjne typu SPLIT?

**Odp. Klimatyzacja ma zostać wykonana w sposób gwarantujący bezawaryjną pracę rezonansu i dostosowana do technologii stosowanej przez producenta zaferowanego urządzenia. Zamawiający nie ma możliwości podania parametrów wymaganych i technologii wykonania, gdyż są one różne w przypadku różnych producentów. Zamawiający dopuści każde rozwiązanie stosowane i potwierdzone przez producenta urządzenia.**

#### **Pytanie 22 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dostosowanie linii zasilającej WLZ dla rezonansu magnetycznego oraz ewentualnych urządzeń dodatkowych, tj. agregatu wody lodowej, centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorów, jest po stronie Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy są wszystkie prace adaptacyjne związane z dostawą, montażem i doprowadzeniem do uruchomienia nowego urządzenia.**

#### **Pytanie 23 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy o precyzyjne określenie wszystkich innych prac, których wykonanie będzie po stronie Wykonawcy, nie związanych bezpośrednio z rezonansem magnetycznym.

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy są wszystkie prace adaptacyjne związane z dostawą, montażem i doprowadzeniem do uruchomienia nowego urządzenia. Zamawiający nie przewiduje innych prac nie związanych z przedmiotem zamówienia.

#### **Pytanie 24 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy będzie oczekiwał wykonania w pracowni lub w klatce Faraday'a jakichkolwiek elementów dekoracyjnych, np. oświetlenie typu „niebo”, wizualizacja/fototapeta na ścianie, oświetlenie LED RGB, itp.

**Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wykonania w pracowni lub w klatce Faraday'a jakichkolwiek elementów dekoracyjnych, np. oświetlenie typu „niebo”, wizualizacja/fototapeta na ścianie, oświetlenie LED RGB, itp.**

#### **Pytanie 25 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej integrację rezonansów magnetycznych z systemami informatycznymi zamawiającego (np. PACS, RIS) jest po stronie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej integrację rezonansów magnetycznych z systemami informatycznymi Zamawiającego (np. PACS, RIS) jest po stronie Zamawiającego.**

#### **Pytanie 26 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy o potwierdzenie możliwości zainstalowania „Wielomodalnego serwera aplikacyjnego” w serwerowni Zamawiającego w istniejącej szafie RACK o głębokości 1000mm oraz możliwość podłączenia go do dedykowanego zasilania zabezpieczonego zasilaczem bezprzerwowym UPS.

**Odp. Zamawiający potwierdza możliwość zainstalowania opisanego serwera w serwerowni Zamawiającego w istniejącej szafie RACK o głębokości 1000mm jednakże nie może zapewnić zasilania zabezpieczonego bezprzerwowym UPS.**

#### **Pytanie 27 Dotyczy zapisów SWZ**

W przypadku braku zasilania dedykowanego lub zasilacza UPS, prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie Wykonawcy będzie dostawa zasilacza bezprzerwowego UPS dopasowanego do dostarczanego serwera.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku zasilania dedykowanego lub zasilacza UPS, w zakresie Wykonawcy będzie dostawa zasilacza bezprzerwowego UPS dopasowanego do dostarczanego serwera.**

#### **Pytanie 28 Dotyczy zapisów SWZ**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużeniu terminu na realizację przedmiotu umowy z zakresie Rezonansu magnetycznego B do 10 tygodni.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 29 Dotyczy zał. nr 7, Umowa – projekt §1 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonanie umowy nastąpi w dniu podpisania przez strony umowy protokołu odbioru, obejmującego zakres określony w ust. 1 i 3. Z dniem podpisania protokołu jak wyżej wykonawca przenosi na zamawiającego własność sprzętu medycznego opisanego w ust. 1, tym samym dniem nastąpi przeniesienie własności sprzętu medycznego na Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych tj. takich, które uniemożliwią użytkownikowi przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyny takiej odmowy, natomiast w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, tj. takich, które nie uniemożliwiają użytkownikowi przedmiotu umowy strony dokonają odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczają dodatkowy termin na usunięcie tych wad.”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w ust. 5 § 1 (załącznik nr 7 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Wykonanie umowy nastąpi w dniu podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru, obejmującego zakres określony w ust. 1 i 3. Z dniem podpisania protokołu jak wyżej wykonawca przenosi na zamawiającego własność sprzętu medycznego opisanego w ust. 1, tym samym dniem nastąpi przeniesienie własności sprzętu medycznego na Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych tj. takich, które uniemożliwią użytkownikowi przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyny takiej odmowy, natomiast w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, tj. takich, które nie uniemożliwiają użytkownikowi przedmiotu umowy strony dokonają odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczają dodatkowy termin na usunięcie tych wad”.**

#### **Pytanie 30 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do dnia odbioru Wykonawca musi przeprowadzić jedynie jednodniowe podstawowe szkolenie z obsługi, natomiast szkolenia aplikacyjne będą wykonane sukcesywnie po przekazaniu aparatury do eksploatacji w terminach uzgodnionych przez strony.

Szkolenia aplikacyjne przeprowadzane są przy udziale pacjentów, już podczas normalnej eksploatacji aparatu, przez co ich wykonanie w pełnym zakresie przed odbiorem jest niemożliwe. Ponadto, zwracamy uwagę, że szkolenia aplikacyjne odbywają się w kilku coraz bardziej zaawansowanych modułach, z których każdy kolejny wymaga opanowania wcześniejszej wiedzy, dlatego zwykle wykonuje się je w odstępach kilkutygodniowych.

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższy zapis.**

**Pytanie 31 Dotyczy zapisów SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że w dniu podpisania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy gotowe do montażu/demontażu pomieszczenia obu pracowni, natomiast w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w przekazaniu pomieszczeń, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania takiego opóźnienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, strony podpiszą stosowny aneks do umowy.

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) poprzez dodanie:**

- a) **ust. 4 w § 3 o treści: „Zamawiający w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, przekaze Wykonawcy do montażu/demontażu pomieszczenia obu pracowni”.**
- b) **ust. 3 w § 10 o treści: „W przypadku pozostawiania Zamawiającego w zwłoce w przekazaniu pomieszczeń w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4, strony ustalają, że termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania takiej zwłoki w drodze pisemnego aneksu do umowy.”**

**Pytanie 32 Dotyczy zapisów SWZ – pkt 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego rezonansu magnetycznego?

**Odp. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 5.1.3 SWZ dotyczy przedkładania katalogu lub prospektu lub folderu lub instrukcji w języku polskim wyłączenie w zakresie punktowanych parametrów technicznych (kryterium oceny ofert).**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie oświadczenia Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego rezonansu magnetycznego.**

**Pytanie 33 Dotyczy zapisów SWZ – pkt 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim?

Uzasadnienie:

Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z zapisami SWZ (pkt. 10.1.4) może złożyć dokumenty sporządzone języku obcym wraz z tłumaczeniem ja język polski.**

**W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej**

**<https://platformazakupowa.pl/transakcja/987259> uaktualnione następujące dokumenty:**

- 1) **39\_ZP\_2024\_SWZ Załącznik nr 2A WARUNKI GWARANCJI I SERWISU\_ZMIANA\_1**
- 2) **39\_ZP\_2024\_SWZ Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY\_ZMIANA\_1**

Z poważaniem

**DYREKTOR**

**Wielospecjalistycznego Szpitala  
- Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**

**Zofia Barczyk**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała / Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl