



Poznań, dnia 08.07.2022 r.

Oznaczenie sprawy: PN- 47/22

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącym treści SWZ, na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Pytanie do zadania nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza rękojeść bez funkcji ostrzegania o niskim stanie baterii. Rękojeść wielorazowego użytku posiadająca 5 lat gwarancji lub 4000 autoklawów. Obudowa rękojeści wysoko polerowana, rdzeń z włókna szklanego dla lepszego skoncentrowania oświetlenia. Zamknięty rdzeń światłowodowy zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i umożliwia łatwe czyszczenie. Polerowany metalowy kołnierz reflektuje i kieruje światło w kierunku rdzenia ostrza, aby uzyskać maksymalne oświetlenie. Wyraźne oznakowanie produktu z kodem produktu i CE znajdującymi się po przeciwnej stronie niż logo. Radełkowana konstrukcja uchwytu zapewnia doskonały uchwyt. Światło Led 40 000 lux.

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy rękojeść bez funkcji ostrzegania o niskim stanie baterii, przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 2:

Pytanie do zadania nr 34

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 34 pozycję: 2 i dopuszczenie komór o poniższych parametrach:

Komora do nawilżacza manualna lub z automatyczną regulacją poziomu wody:

Dwuzaworowa automatycznie napełniana komora nawilżająca przeznaczona do aktywnego nawilżania i ogrzewania gazów oddechowych podawanych podczas wentylacji lub wspomaganie oddychania pacjenta.

Komora specyfikacja:

- Komora uniwersalna samonapełniająca się do nawilżacza dla dzieci, dorosłych, noworodków
- System dwuzaworowy zapewnia automatyczne sterowanie podawania wody i poziomu napełnienia komory.
- Komora zawierająca dwa pływaki zwiększająca bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody,
- Komora przezroczysta, posiadająca pływakowy wskaźnik umożliwiający wizualny monitoring poziomu wody.
- Zaznaczony maksymalny poziom napełnienia wodą
- Zdejmowana osłona przeciwpyłowa chroniąca pływaki i przytrzymująca rurkę doprowadzającą podczas przenoszenia urządzenia. Po jej zdjęciu ukazują się dwa złącza męskie 22 mm.
- Pojemność 130ml ±10ml
- dren doprowadzający wodę o długości 1,2m wraz z zaciskiem i odpowietrznikiem
- Produkt nie zawiera lateksu
- Produkt dostarczany sterylny (sterylizacja tlenkiem etylenu (EO))

Komora pakowana indywidualnie z widoczną datą produkcji i datą ważności

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.





Pytanie nr 3:

Część nr 32, poz. 1 Układ pacjenta

Prosimy o dopuszczenie układu posiadającego generator z 2 kanałami oddechowymi i 2 dyszami przyspieszającymi przepływ gazów, który jest mocowany na czepce jak i na czepcu do terapii wymiennych. Dodatkowo posiada zwięźlane, usztywniane końcówki ułatwiające założenie czapeczki oraz kołyskę do zamocowania na czepcu, dzięki której możliwe jest uzyskanie maksymalnej szczelności systemu i zwiększenie efektywności terapii.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zważywszy na czas zwiększonego ryzyka epidemiologicznego związanego z aktywnością wirusa Sars-Cov-2 i nakładające się na siebie czynniki ryzyka dla zdrowia personelu oraz pacjentów Zamawiający oczekuje, aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności? Dodatek przeciwdrobnoustrojowy nie wpływa na wysokość ceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.

