

Poznań, dnia 08/05/2019 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 11/19

Dz.Z.P.11/...^{h.p.}.../19

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiot obejmuje dostawę sprzętu medycznego – dla pracowni diagnostycznych w ramach projektu pt.: „**Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno – położniczym w Polsce**” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.2. Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – konkurs wielozakresowy (regiony słabiej rozwinięte). Nr identyfikacyjny projektu **POIS.09.02.00-00-0117/17**

Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zmian.) niniejszym informuję, że:

Część nr 1 – Mikroskop z wyposażeniem do analizy cytogenetyki 1 szt.

Oferta Wykonawcy **PRECOPTIC CO., Wojciechowscy Spółka Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**PRECOPTIC CO.,
Wojciechowscy Spółka Jawna
ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **90,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	PRECOPTIC CO.	PUNKTY
	cena	83 385,72	
Zakres przesuwu stolika min. 60x22mm	≥76x26mm - 20pkt 60x22mm – 75x25mm – 0pkt.	Zakres przesuwu stolika ...78x54 ...mm	20
Zakres ruchu w osi Z -30 mm i powyżej	powyżej 30mm - 10 pkt 30mm – 0 pkt	Zakres ruchu w osi Z ...30.. mm	0
Obrót w ruchu dokładnym max. 0,2 mm	poniżej 0,2 mm - 10 pkt 0,2 mm – 0 pkt	Obrót w ruchu dokładnym ...0,1..... mm	10
Okres gwarancji min. 24 m-ce	36 m-cy - 10 pkt 24m-ce – 0 pkt	36 mcy	10
		Jakość	30
		Gwarancja	10
		Cena	50
		razem	90,00

Część nr 2 – Mikroskop z wyposażeniem do analizy cytogenetycznej i cytomolekularnej 1 szt.

Oferta Wykonawcy **PRECOPTIC CO., Wojciechowscy Spółka Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**PRECOPTIC CO.,
Wojciechowscy Spółka Jawna
ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **90,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	PRECOPTIC CO.	PUNKTY
	cena	157 998,60	50
Rozdzielczość wydruku drukarki min.1600 x1600 dpi	Powyżej 1600x1600dpi - 20 pkt 1600x1600 dpi- 0 pkt.	Rozdzielczość wydruku drukarki 2400 x1200 dpi	20
Zakres ruchu w osi Z -30 mm i powyżej	Powyżej 30mm - 10 pkt 30mm – 0 pkt	Zakres ruchu w osi Z ...30.. mm	0
Obrót w ruchu dokładnym max. 0,2 mm	Poniżej 0,2mm - 10 pkt 0,2 mm- 0 pkt	Obrót w ruchu dokładnym ...0,1.. mm	10
Okres gwarancji min. 24 m-ce	36 m-cy - 10 pkt 24m-ce – 0 pkt	Gwarancja ...36....m-ce	10
		Jakość	30
		Gwarancja	10
		Cena	50
		razem	90,00

Część nr 5 – Mikroskop z wyposażeniem do analizy mikrobiologicznej 1 szt.

Oferta Wykonawcy Olympus Polska Sp. z o.o., Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa., została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

Olympus Polska Sp. z o.o.
Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Olympus Polska Sp. z o.o.	PUNKTY
	cena	31 491,98	
Oświetlenie LED	TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt	TAK	25
Możliwość montażu dodatkowego obiektywu 50x do immersji	TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt	TAK	25
		Jakość	50
		Cena	50
		razem	100

Część nr 14 – Aparat EKG 1 szt.

Oferta Wykonawcy MDS Cardio Sp. z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa., została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

MDS Cardio Sp. z o.o.
ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **98,62 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca:



- GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **80,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ (jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	MDS Cardio Sp. z o.o.	PUNKTY	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.	PUNKTY
cena		9 995,40	48,62	9 720,00	50
Pasma przenoszenia min. 0,05 – 300 Hz	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	NIE	0
Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi parametrami czułości , prędkości , zastosowanego filtra i w innym formacie wydruku	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	TAK	10
Możliwość rozbudowy o interfejs komunikacji bezprzewodowej WLAN	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	TAK	10
Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej w zakresie MWL i C-Store	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	TAK	10
Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: 10-elektrodowy (możliwość wymiany pojedynczego odprowadzenia) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	NIE	0
		Jakość	50		30
		Cena	48,62		50
		razem	98,62		80

Dyrektor Szpitala
dr. ...owski

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego