

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa aparatu do transferu dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Minimalne wymagania parametrów technicznych:

1. System umożliwiający transfer białek z żeli poliakrylamidowych przy użyciu membran PVDF lub nitrocelulozowych.
2. Aparat do transferu musi zawierać zintegrowany zasilacz.
3. Możliwość przeprowadzenia transferu półsuchego zarówno tradycyjnego, jak i szybkiego.
4. Szybki transfer białek w czasie poniżej 10 min.
5. Możliwość użycia gotowych „kanapek” transferowych producenta jak i również korzystania z własnych odczynników, bez konieczności nabywania dedykowanych materiałów zużywalnych.
6. Aparat zawiera preprogramowane metody jak i umożliwia przygotowanie swoich.
7. Jednoczesny transfer od 1 do 4 żeli mini lub 1 do 2 żeli midi.
8. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub przycisków.
9. Powierzchnia transferowa (anoda) pokryta platyną.
10. Pokrywa (katoda) wykonana ze stali nierdzewnej.
11. Port USB do aktualizacji oprogramowania.
12. Wtyczka z końcówką europejską.
13. Zestaw startowy zawierający:
 - aparat z wbudowanym zasilaczem (aparat gotowy do użycia),
 - bufor transferowy,
 - „kanapki” transferowe z membraną PVDF,
 - docięte gąbki z membraną do użycia wg uznania użytkownika,
 - roller do usuwania bąbli powietrza.