

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Wyszkiel 2
Komendy Stołecznej Policji
podpis
Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet do pobierania krwi spełniający poniższe wymagania:

Zestaw musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm³.

Każdy ze składników będący wyrobem medycznym musi posiadać znak CE.

SKŁAD ZESTAWU:

1. Opakowanie zewnętrzne – 1 szt.
2. Opakowanie wewnętrzne – transportowe -1 szt.
3. Igła z adapterem – 1 szt.
4. Rękawiczki jednorazowe – 1 kpl.
5. Opaska uciskowa – 1 szt.
6. Środek do dezynfekcji skóry – 1 op.
7. Gazik – 1 szt.
8. Banderole samoprzylepne – 1 kpl.
9. Fiolki próżniowe 5 cm³ - 1 kpl.
10. Instrukcja obsługi do pobierania krwi w systemie próżniowym – 1 szt.
11. Protokół do pobrania krwi – 1 szt.

OPIS TECHNICZNY :

1. Opakowanie zewnętrzne – wykonane ze sztywnej tektury w kolorze jasnym, w którym zostaną umieszczone wszystkie podstawowe materiały potrzebne do jednorazowego pobrania krwi wraz z opakowaniem transportowym. Opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą oraz w całości zafoliowane.
2. Opakowanie wewnętrzne – transportowe – wykonane ze sztywnej tektury w kolorze jasnym o zminimalizowanych wymiarach, które będzie się mieściło w opakowaniu zewnętrznym.

UWAGA – Opakowanie zewnętrzne oraz opakowanie wewnętrzne – transportowe powinno posiadać nazwę przedmiotu zamówienia, termin ważności oraz literowo – cyfrowy numer seryjny taki sam na obu opakowaniach.

3. Igła – umieszczona w osłonce i podstawce z adapterem do próżniowego pobierania krwi o pojemności nie mniej niż 10 cm³.
4. Rękawiczki – bezpyłkowe jednorazowego użytku w rozmiarze medium (M).
5. Opaska uciskowa – gumowa, wytrzymała na rozciąganie (staża).
6. Środek do dezynfekcji skóry – spełniający wymogi przepisów o wyrobach medycznych, posiadający opakowanie jednorazowe zgodne z tymi przepisami, nie zawierający alkoholu.
7. Gazik – wyjąłowany pozwalający na przemycie miejsca ukucia, pakowany w opakowaniu jednorazowym sterylnym.
8. Banderole samoprzylepne – pięć samoprzylepnych banderol typu VOID lub KRUCHA do oklejania korków fiolek w dwóch płaszczyznach i opakowania transportowego, posiadający czytelne literowo – cyfrowe numery seryjne – 2 szt. do pionowego zabezpieczania fiolek z krwią, 2 szt. do poziomego zabezpieczania fiolek z krwią (wokół fiolki, poniżej korka)

UWAGA – Wielkość wszystkich banderol musi być taka, by po użyciu trwale zabezpieczyły opakowanie na, które będą naklejane, a każda próba otworzenia pakietu lub fiolki musi pozostawić widoczne ślady na szkle fiolki i na opakowaniu pakietu, wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.

9. Fiolki próżniowe
 - a) 2 fiolki próżniowe z odczynnikami – wykonane z materiału o dużej laboratoryjnej czystości o objętości 5 cm³, zawierająca odpowiednio dobrane ilości antykoagulantu umożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji.
 - b) Zamknięcie fiolek – wciskane, składające się z dwóch części : gumowego korka i plastikowej osłonki ułatwiającej zdejmowanie i wciskanie korka oraz chroniące przed kontaktem z kroplami krwi mogącymi znajdować się na korku.

KIEROWNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
asp. Marek LEWIŃSKI

TECHNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Ewelina POŁAWSKA