

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 08.07.2024 r.

ZP/p/11/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 8

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pytania do części nr 1:

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 10 do 15 tygodni? Prośba wynika z konieczności wykonania potrzebnych modyfikacji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza realizację do 12 tygodni.

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie komory z ekranem o przekątnej 21,5”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przekątną 21,5 cala..

3) Czy w OPZ Zamawiający nie popełnił błędu odnośnie częstotliwości odświeżania obrazu? Monitory posiadają częstotliwość w Hz, a w OPZ podane są MHz.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli Hz.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
A. Waraczewska
mgr inż. Aleksandra Waraczewska