



Projekt pt. „JUSt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej
Transformacji regionu”

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, 27.06.2024 r.

ul. Bankowa 12

40- 007 Katowice

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

nr sprawy: DZP.382.1.39.2024

WYJAŚNIENIE, ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 221 000 euro) pn.: „Dostawa komory fitotronowej – 1 szt.”, nr sprawy DZP.382.1.39.2024.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 4 art. 284 ustawy Pzp, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w ww. terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi, zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę fitotronową o wymiarach wewnętrznych pojedynczej komory 60,5x66x150,5cm?

Wymagany rozmiar 80x80x170cm dające pojemność komory 1088 litrów znacząco odbiega od wymaganej minimalnej pojemności 600 litrów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści komorę fitotronową o wymiarach wewnętrznych pojedynczej komory 60,5x66x150,5cm, jeśli na jedną komorę zachowana zostanie: minimalna pojemność 600 litrów oraz nie mniej niż 3 półki hodowlane i oświetleniowe.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ. W załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 20 otrzymuje brzmienie:

„Wymiary wewnętrzne komory: nie mniej niż 2x: 60,5x66x150,5cm”.

Ponadto, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin złożenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **02.07.2024r., do godziny: 09:00**. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1.

Rozdz. XI ust. 1 SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **02.07.2024r., o godz. 09:15**;

Rozdz. XII ust. 1 (Określenie terminu związania ofertą), otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **31.07.2024 r.**

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej

Przewodniczący komisji przetargowej: