

ZOF B+R/00001/2025 „Dostawa twardościomierza wraz z wyposażeniem dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Wszyscy Wykonawcy

I

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) „Regulaminu udzielania zamówień publicznych B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego” Zamawiający informuje o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty Wykonawcy:

Anton Paar Poland Sp. z o.o.

Ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa

Uzasadnienie:

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Anton Paar Poland Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa
2. Technolutions Sp. z o.o. ul. Wiejska 7 99-400 Łowicz

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert zgodnie z kryteriami określonymi w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.

Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją:

	Nazwa (firma) adres wykonawcy	Liczba punktów
1.	Anton Paar Poland Sp. z o.o. Ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa	100,00
2.	Technolutions Sp. z o.o. Ul. Wiejska 7 99-400 Łowicz	Oferta odrzucona

Oferta Wykonawcy Anton Paar Poland Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania

ZOF B+R/00001/2025 „Dostawa twardościomierza wraz z wyposażeniem dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

Zamawiającego określone w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu otrzymując 100,00 punktów w kryterium cena brutto.

Zamawiający informuje, że udzielenie zamówienia, może nastąpić po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy.

II

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie § 7 ust. 2 lit. c) „Regulaminu udzielania zamówień publicznych B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego” Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy:

1. Technolutions Sp. z o.o. ul. Wiejska 7 99-400.

Uzasadnienie prawne

Oferta została odrzucona na podstawie § 4 ust. 4 lit. d) „Regulaminu udzielania zamówień publicznych B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”, który stanowi „Zamawiający odrzuci Ofertę, niezgodną z treścią Ogłoszenia w zakresie wymaganej formy lub treści”.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca w złożonej Ofercie, w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy przedstawił następujące warunki realizacji zamówienia: *„Dostawa twardościomierza wraz z wyposażeniem zgodnie z Ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia SMT 5000 firmy Rtec Instruments.”* Oferta jest niezgodna wobec załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego twardościomierza Micro Combi Tester.

Wykonawca wraz ze złożoną ofertą złożył jako załącznik do załącznika nr 1 do

ZOF B+R/00001/2025 „Dostawa twardościomierza wraz z wyposażeniem dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

Ogłoszenia – Formularz ofertowy, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym przedstawił warunki realizacji zamówienia: „Oferujemy System SMT 500 firmy Rtec Instruments do 40N, który jest równoważny do systemu MTC3...”. Oferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiem i wskazanym w dokumentach postępowania przedmiotem zamówienia. Zamawiający wskazuje zarówno w załączniku nr 2 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia jak i w załączniku nr 3 – Projektowe postanowienia umowy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego twardościomierza Micro Combi Tester. Zamawiający nie dopuścił w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia rozwiązań równoważnych.

Ponadto Zamawiający wskazał w załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, że urządzenie winno posiadać platformę testową Step 301 wyposażoną w podstawę granitową oraz łożyska powietrzne. Dostępne na stronie producenta Rtec Instruments, informacje dotyczące oferowanego systemu SMT-5000 wskazują, że jest to urządzenie typu nastołowego, nie posiadające dedykowanej platformy testowej wyposażonej w podstawę granitową oraz łożyska powietrzne. Ze względu na pracę urządzenia w warunkach drgań zewnętrznych, proponowane urządzenie nie oferuje równoważnego rozwiązania (względem platformy Step 301) umożliwiającego wyeliminowanie tego czynnika, które w istotny sposób wpływa na jakość wyników prowadzonych badań.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego” w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. stanowiącego, że dla niniejszego postępowania przepisów w/w nie stosuje się.