



### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Dostawa materiałów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz dostawa materiałów jednorazowego użytku do angiografii i embolizacji dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

**Nr postępowania: 33/2022.**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

**Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne o śr. 2,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o śr. 15 mm lub 25 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 2:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igły do wstrzyknięć o rozmiarze 23 G, dł. igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 3:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy 10 mm, średnica osłonki 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 4:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści pętle w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 5:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści pętle w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 6:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 33 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści pętle w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ



**Odpowiedź nr 7:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 8:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6.**

Czy zamawiający dopuści igłę do wstrzyknięć o rozmiarze 23 G, długość igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź nr 9:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11.**

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości 230 cm, do kanału roboczego min, 2,8 mm, bez portu infuzyjnego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź nr 10:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 12.**

Czy Zamawiający wymaga korków jednorazowych?

**Odpowiedź nr 11:**  
**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga korków jednorazowych.**

**Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr poz. 12.**

Czy Zamawiający dopuści korki pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź nr 12:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 13 i 14.**

Czy Zamawiający wymaga zaworów jednorazowych?

**Odpowiedź nr 13:**  
**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaworów jednorazowych.**

**Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 9.**

Czy Zamawiający dopuści owalne pętle do polipektomii z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji oraz bez, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica pętli 10, 15, 25 oraz 32 mm (znak CE)?

**Odpowiedź nr 14:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu nr**

Czy Zamawiający dopuści inflator o zakresie 0-30 atmosfer ?

Proponowany inflator stosowany jest z powodzeniem od wielu lat w Państwa pracowni, dodatkowym atutem jest wyjątkowo atrakcyjna cena.

**Odpowiedź nr 15:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16, dotyczy Pakietu nr 20**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 20 strzykawki ciśnieniowej z manometrem o pojemności 20 ml, zakres atmosfer 0 – 30 ATM.

**Odpowiedź nr 16:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu nr 14.**

Czy zamawiający w zakresie pak. 14 odstąpi od wymogu sprzedaży komisowej i dopuści realizację dostaw sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od otrzymania zamówienia.

Koszty obsługi sprzedaży komisowej znacznie przewyższą wartość zamówienia.

**Odpowiedź nr 17:**  
**Zamawiający nie odstąpi od wymogu sprzedaży komisowej.**

**Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 pozycja 4 -Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z przewodnikiem 0,018 ", średnice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długości: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulką 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy.

**Odpowiedź nr 18:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11.**

Czy Zamawiający dopuści średnice kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź nr 19:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2. 3.**

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

**Odpowiedź nr 20:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 i 4.**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 4 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm i średnicy 2,4 mm.

**Odpowiedź nr 21:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o długości roboczej 2400 mm, średnica pętli 32 mm.

**Odpowiedź nr 22:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości roboczej 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm, bez portu infuzyjnego.

**Odpowiedź nr 23:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 16.**

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

**Odpowiedź nr 24:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 25, dotyczy projektu umowy par. 7 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie przekroczyła 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 ?

**Odpowiedź nr 25:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu nr**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 3 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

**Odpowiedź nr 26:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Pytanie nr 27, dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 2 następującego brzmienia: „Własność danej partii asortymentu komisowego przechodzi na Zamawiającego z chwilą jej pobrania z Magazynu Składowego, zgubienia lub zniszczenia.”

**Odpowiedź nr 27:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Pytanie nr 28, dotyczy § 3 ust. projektu umowy.**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 3 o następującej treści: „Jeżeli Zamawiający posiada w Magazynie Składowym więcej niż jeden produkt danego rodzaju asortymentu komisowego, jest zobowiązany do pobrania w pierwszej kolejności produktu z krótszym terminem ważności, zgodnie z zasadą first expired-first out. Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z Magazynu Składowego asortymentu, któremu upłynął termin ważności.”.

**Odpowiedź nr 28:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Z UPOWAŻNIENIA**  
**Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie**  
**Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych**  
**Luiza Reddig**