

Katowice, dn. 14.12.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 26, Nr sprawy: ZP-22-163UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 12 Igły do biopsji nerki w rozmiarach: 1.6/90 , 1.6/150

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, Pakiet nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do jejunostomii :

Silikonowy cewnik całkowicie kontrastujący w RTG o długości 60cm i średnicy 2,0x3,2mm. W skład zestawu wchodzi wprowadzacz typu desilete, igła Alena 10FR, igła punkcyjna 17G/98mm, końcówka uciskowa, dwa łączniki żeńsko-żeńskie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 3, Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12 poz.1** (Igły do biopsji nerki) dopuści igły półautomatyczne do biopsji nerki 16G o dł.160mm w miejsce 16G/150mm pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 4, Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w Rozdz. II pkt. 9 dotyczący sposobu obliczania ceny. Asortyment w pakiecie nr 1 nie należy do drobnego sprzętu laboratoryjnego, końcówki czy szkiełka, którego cena jednostkowa wyrażona jest w groszach.

Pytanie 5, Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych kaniul o poniższych parametrach:

Kaniula dożylna jałowa z biozgodnego PTFE w rozmiarze:

24 G dł. 19 mm

22 G dł. 25 mm

20 G dł. 32 mm

18G dł. 33mm

18 G dł. 45 mm

17 G dł. 45 mm

16 G dł. 45 mm

14 G dł. 45 mm

Z portem bocznym zamykanym korkiem, z kolorystyką identyfikacyjną rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka i/lub korek), kaniula z zatyczką odpowietrzającą zgodną z normą ISO 10555-5 zapobiegającą wyptywowi krwi w momencie wkłucia. Kaniula musi posiada 4 paski widoczne w RTG (potwierdzone w ulotce producenta), na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowana informacja oznaczenia rozmiaru (średnica, długość oraz data ważności). Kończówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu igły w celu łatwego wprowadzania do naczynia. Skrzydełka elastyczne umożliwiające łatwe profilowanie na ciele pacjenta. Pakowana w opakowaniu typu folia-papier z mankietem ułatwiającym otwieranie. Wszystkie oferowane rozmiary od jednego producenta.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6, Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych kaniul bezpiecznych o poniższych parametrach
Kaniula dożylna bezpieczna z biozgodnego PTFE w rozmiarze:

22 G dł. 25 mm

20 G dł. 32 mm

18G dł. 33mm

18 G dł. 45 mm

17 G dł. 45 mm

16 G dł. 45 mm

14 G dł. 45 mm

Z portem bocznym zamykanym korkiem, z kolorystyką identyfikacyjną rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka i/lub korek), kaniula z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki zapobiegającej wyptywowi krwi w momencie wktucia. Kaniula o konstrukcji zapobiegającej wyptywowi krwi w momencie wktucia. Kaniula posiada 4 paski widoczne w RTG (potwierdzone w ulotce i producenta), na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowana informacja oznaczenia rozmiaru (średnica, długość) i datę ważności. Skrzydełka elastyczne umożliwiające łatwe profilowanie na ciele pacjenta. Pakowana w opakowaniu typu folia-papier z mankietem ułatwiającym otwieranie. Wszystkie oferowane rozmiary od jednego producenta

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7, Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego o składzie:

a) cewnik poliuretanowy, długość min. 43 cm, rozmiar CH8, CH11, CH14, wyposażony w zacisk, znaczniki długości, boczne otwory;

b) metalowa rozrywalna kaniula 12 cm, średnica wewnętrzna CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11, CH15 dla cewnika CH14;

c) worek na mocz 2000 ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.