

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35  
50-138 Wrocław  
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 04.12.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2710.93.2024.AW**

**Wykonawcy**

(informacja zamieszczona na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 2  
wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla pracowni studenckich Wydziału Chemii z podziałem na 4 zadania**”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej jako „uPzp”, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

**ZADANIE NR 3****Pytanie nr 2:**

Czy w zadaniu 3 wagi mają być z legalizacją?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Nie, wagi nie muszą mieć legalizacji.**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza wagę analityczną bez obsługi bezdotykowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Waga może być obsługiwana analogowo (poprzez naciśnięcie przycisku).**

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną z Minimalną naważką standardową ( $U=1\%$ ,  $k=2$ ): 12 mg ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Tak, minimalna naważka standardowa może wynosić 12 mg.**

**Wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców** biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Należy przyjąć treść zmian zawierające późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
mgr Adriana Wiaderek