



## BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2022 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp : „**Zakup wraz z dostawą i montażem aparatury naukowo-badawczej do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Sprawa nr KZ-9/2022)** „

Zamawiający w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**DOTYCZY CZĘŚCI V****Pytanie nr 1**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagania co do przedmiotowych środków dowodowych na:

„- Wykazu co najmniej 2 artykułów naukowych w czasopismach z Impact Factorem (indeksowanymi w bazie Web of Science) opublikowanych w przeciągu ostatnich 3 latach, w których wykorzystano okuloGRAF w badaniach z zakresu sportu, uczenia się i/lub kontroli motorycznej w sposób mobilny, bezprzewodowy. Wykaz musi zawierać DOI lub adresy www publikacji. Wykaz powinien zawierać minimum 2 publikacje.”

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagania co do przedmiotowych środków dowodowych na:

„- Poświadczenia/oświadczenie wystawionego przez producenta o przynajmniej jednej współpracy z klubami lub związkami sportowymi w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, futbolu amerykańskim, hokeju. Współpraca ma dotyczyć wykorzystania proponowanego okuloGRAFu do treningów i/lub badań zawodników.”

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

**DOTYCZY CZĘŚCI VI****Pytanie nr 3.**

Czy zamawiający dopuszcza aby komputer posiadał wejście HDMI 1.4b zamiast 2.1 ?

**Odpowiedź nr 3 ;**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający wyraża zgodę aby komputer posiadał czytnik kart pamięci jako osobny adapter zamiast wbudowanego czytnika kart pamięci?

**Odpowiedź nr 4 :**

Zamawiający potwierdza powyższe.



## BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**Pytanie nr 5.**

Czy zamawiający dopuszcza kartę graficzną NVIDIA GeForce MX450 z pamięcią 2 GB GDDR5 ?

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 6 .**

Czy zamawiający wyraża zgodę aby komputer posiadał 3szt USB 3.2 GEN 1 zamiast 1szt. USB 3.2 GEN 1 i 1szt. USB 2.0 ?

**Odpowiedź nr 6 :**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 7**

Czy zamawiający wyraża zgodę aby komputer posiadał baterie litowo-polimerową 3-komorową zamiast litowa-jonową 3-komorową?

**Odpowiedź nr 7 :**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 8.**

Czy zamawiający wyraża zgodę aby żywotność baterii fotokomórki wynosiła maksymalnie do 10 godzin zamiast : co najmniej do 10 godzin pracy ?

**Odpowiedź nr 8.**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9**

Pytania dotyczące komputera:

Czy zamawiający wyraża zgodę aby specyfikacja komputera była zgodna z wymaganiami producenta systemu: System Operacyjny WINDOWS 10 (32 lub 64 bit)Procesor i5 / i7 Pamięć RAM 8 GB Dysk twardy 160 GB Karta graficzna Dedykowana (512 Mb lub większa) Rozdzielczość ekranu 1600x900 lub wyższa Wejścia USB 3

**Odpowiedź nr 9 :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**KANCLERZ**  
**Mgr. Adam Roczek**

wyk. w 1 egz.  
egz. nr 1 – a/a  
Wyk. Aneta Baraniuk tel. 347-35-54  
Wrocław 30.08.2022 r.  
T:260