



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W RADZIEJOWIE**

**ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów**  
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126  
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01  
e-mail: [sekretariat@szpitalradziejow.pl](mailto:sekretariat@szpitalradziejow.pl)  
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 16.08.2022 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: „**Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie**” (oznaczenie sprawy TP-15/2022) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2022 r. pod numerem: **2022/BZP 00300223/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

1. Prosimy o wydzielenie z **pakietu nr 1**(sprzęt medyczny) pozycji 189 co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Prosimy o pozwolenie na składanie oferty w ramach pozycji w **pakiecie nr 1**.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3. **Pakiet nr 4** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK firmy Stryker w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku zagwarantowania sprzętu zastępczego na czas naprawy.**

4. **Pakiet nr 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12 lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12 w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

**Odpowiedź: W przypadku braku możliwości naprawy urządzeń LIFEPAK12 Wykonawca wystawi stosowny protokół z zaleceniem wyłączenie z użytku tychże defibrylatorów. Na dzień dzisiejszy urządzenia są sprawne.**

5. **Dot. Pakietu 1, poz. nr 98** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 98 wymaga, aby usługę przeprowadził autoryzowany serwis producenta urządzenia Nocospray/Oxy'Pharm Airel? Zapewni to Zamawiającemu należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

6. **Dot. Pakietu nr 1, poz. nr 98** Czy w przypadku Pakietu nr 98 Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie czynności serwisowych w siedzibie Wykonawcy? Koszty wysyłki urządzenia pokryje Wykonawca.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

7. **Dot. Pakietu nr 1, poz. nr 98** Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 pozycję nr 98 NOCOSPRAY 1000 USB 1 szt. do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

8. **Dotyczy Formularz asortymentowo cenowy – część 3 Respiratory Medumat** Czy Zamawiający doprecyzuje wymagania co do modelu, nr seryjnych i roku produkcji respiratorów z części 3 – Respiratory Medumat ?

**Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował pakiet nr 3 dopisując dodatkowe dwa respiratory,**

- 1) Life Base Mini II (1 szt.) nr – 5838, rok produkcji – 2005,
- 2) Medumat Standard 2 (1szt.) nr – 5766, rok produkcji – 2016,
- 3) Medumat Standard A (1szt.) nr- 4978, rok produkcji – 2009,
- 4) Medumat standard 2 BASIC WM 9410 (2szt.) nr – 11925, 12934, rok produkcji 2019

9. **Dotyczy Formularz asortymentowo cenowy – część 3 Respiratory Medumat** Czy Zamawiający przedstawi harmonogram przeglądów dla części 3 ?

**Odpowiedź: Zamawiający przedstawi harmonogram po podpisaniu umowy.**

10. **Dotyczy SWZ pkt. V podpunkt 6** Czy Zamawiający wprowadzi korektę zapisu lub usunie zapis w SWZ punkt V podpunkt 6 ? \_Dodatkowa diagnostyka urządzenia wymaga dodatkowego czasu, a także ewentualnych kosztów transportu urządzenia do siedziby serwisu. W związku z czym nie mam możliwości wkalkulowania ewentualnych kosztów w cenę przeglądu urządzeń. Ewentualna kalkulacja mogłaby niepotrzebnie zawyżyć cenę usługi.

**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu.**

11. **Dotyczy Formularz asortymentowo cenowy – część 11Sprzęt ratownictwa medycznego** Czy Zamawiający przedstawi harmonogram przeglądów dla części 11 ?

**Odpowiedź: Zamawiający przedstawi harmonogram po podpisaniu umowy.**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 16 sierpnia 2022 r.

**DYREKTOR**  
**mgr Sebastian JANKIEWICZ**