

**PAKIET**

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
<b>I</b>	<b>Pompa próżniowa</b>
1.	Bezolejowa
2.	Membranowa
3.	Wydajność co najmniej 20 l/min
4.	Próżnia maksymalna przynajmniej 25 mbar
5.	Prędkość obrotowa silnika co najmniej 1400 obr./min
6.	Obudowa pokryta powłoką PTFE lub inną powłoką przeciwkorozyjną o właściwościach nie gorszych niż PTFE
7.	Regulator podciśnienia
8.	Zabezpieczenie przed dostaniem się wilgoci do pompy
9.	Zabezpieczenie termiczne
10.	Stopień ochrony co najmniej IP30
11.	Zasilanie sieciowe 230 V/ 50 Hz
12.	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego