

Radecznicza, 14 maj 2024r.

Znak sprawy: 5/PZP/2024

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy prowadzonego w trybie podstawowym postępowania pn. „**Zakup wraz z dostawą leków i produktów farmaceutycznych**”.

- A. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający - **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1 z dnia 14 maja 2024r.

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 231 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicoeoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 z dnia 14 maja 2024r.

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 272 Zamawiający dopuści test ciężowy płytkowy innego producenta, o takiej samej czułości jak test opisany w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku złożenia oferty Zamawiający zgodnie z Rozdziałem 4 ust. 4.4 SWZ wymaga tym samym dokonania stosownych zapisów w kolumnie UWAGI Załącznika nr 2 do SWZ, w zakresie nazwy leku, pojemności opakowań oraz wskazania ich ilości po właściwym przeliczeniu asortymentu.

Pytanie nr 3 z dnia 14 maja 2024r.

Czy z uwagi na podanie w Zadaniu nr 2 poz. 274 nazwy własnej pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający postępując zgodnie z ustawą PZP (art. 99 ust. 4-6) dopuści paski testowe innego

producenta, o następujących równoważnych parametrach: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, próbka krwi: krew kapilarna lub żylna, jednostki pomiarowe mg/dl lub zamiennie mmol/l, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, wyrzutnik zużytego paska testowego, detekcja minimalnej ilości krwi z sygnalizacją na wyświetlaczu glukometru, podświetlany wyświetlacz, przydatność pasków do użycia wynosząca 6 miesięcy po otwarciu pojedynczej fiolki z paskami?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem bezpłatnego udostępnienia odpowiedniej ilości glukometrów.

W przypadku złożenia oferty Zamawiający zgodnie z Rozdziałem 4 ust. 4.4 SWZ wymaga tym samym dokonania stosownych zapisów w kolumnie UWAGI Załącznika nr 2 do SWZ, w zakresie nazwy leku, pojemności opakowań oraz wskazania ich ilości po właściwym przeliczeniu asortymentu.

B. Odpowiedzi na pytania są wiążące z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Kierownik
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
oraz Technicznych i Gospodarczych
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Mariusz Sykała

(podpis Kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

B-57-1