



Poznań, dnia 16.04.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PN-30/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych w podziale na 18 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Pytanie 1: Część nr 4 - Łyżka laryngoskopowa dla dorosłych jednorazowa

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści łyżki Mac 3 o wymiarach 133mmx14mm oraz Mac 4 o wymiarach 159mmx14mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Ponizej przesyłam pytanie do zadania nr 5 poz. 2.

Czy Zamawiający zgodzi się zwiększyć ilość czujników do 5 szt, ze względu na fakt, że jest to najmniejsze dostępne opakowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

CZESC 5 POZ 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania próbki produktu w części 5 poz. 2?

Zamawiający od lat kupuje wymienioną pozycję. Producent nic nie zmienił w składzie produktu. Prosimy o uwzględnienie faktu, że w postępowaniu Zamawiający wymaga zaoferowania tylko 1 opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymagał próbki do części 5.

Pytanie nr 4

PAKIET 9 KOŁDRY GZREWECZE

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta- kolor biały, zewnętrzna- żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych
- Cocoon
- WarmTouch
- Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775
- Mistral- Air
- WarmAir Convective Warming
- Patient Warming System PWS 71000
- Calima™ Forced Air Warming, (system mocowania typu rzep)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:




CERTYFIKAT 2023/06






- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195x 100 cm)



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:
Poz. 2 pediatriczny- tuba pod pacjenta (117 x 56 cm)



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:
Zwracamy się z uprzejmym wnioskiem o umożliwienie zaoferowania w zadaniu 7 Woreczka ekstrakcyjnego samootwierającego się, sterylnego do laparoskopii, wprowadzanego przez kaniulę trokara o śr. 11 mm, wyposażonego w prowadnicę i popychacz. Woreczki o poj. 200 ml (średnica wylotu woreczka 5,4 cm) były dostarczane do Państwa placówki w ramach wcześniejszej umowy i Zamawiający obecnie pracuje na takich wyrobach.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza średnicę wylotu woreczka 5,4 cm dla woreczka o poj. 200 ml, pozostałe zgodnie z SWZ.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

