

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania na dostawę *drobnego sprzętu laboratoryjnego*:

- 1) *Część I: Filtry strzykawkowe*
- 2) *Część II: Materiały pomocnicze*
- 3) *Część III: Probówki, pipety, dozowniki, końcówki i filtry do pipet*
- 4) *Część IV: Drobnny sprzęt różny*
- 5) *Część V: Termometry*
- 6) *Część VI: Wialki, kapsle*

W terminie określonym w art. 284 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Część IV: Drobnny sprzęt różny

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia SWZ dot. cz. IV poz. 12 - pierścienie wylewowe występują do butelek o gwincie min GL32., buteleczki, które mają gwint GL25, nie posiadają pierścieni. Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia ewentualne wykreślenie tej pozycji z arkusza asortymentowego.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla pozycję 12 z Załącznika nr 1 do SWZ dla Części IV i dokonuje zmiany przedmiotowego załącznika zastępując go Załącznikiem nr1 do SWZ - ZMIANA

Część II: Materiały pomocnicze

Pytanie 2.

poz. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Parafilm, folię uszczelniającą o szer. 100 mm -dł. 38 m w ilości 8 szt.? Prośba wynika z braku dostępności towaru wyspecyfikowanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza Parafilm, folię uszczelniającą o szer. 100 mm -dł. 38 m. W przypadku zaferowania przez Wykonawcę przedmiotowego produktu należy dokonać odpowiedniej zmiany Załącznika nr 1 do SWZ dla Części II poprzez wpisanie w kolumnie nr 2 wymiarów oferowanego produktu oraz wpisanie w kolumnie nr 3 ilości 8 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie 3.

Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanej w § 4 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu wymiany wadliwego Towaru, o którym mowa w § 3 ust. 3 do wysokości 0,5 % wartości netto wadliwego Towaru za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie: Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej wskazanej § 4 ust. 2 pkt 2 „Wzoru Umowy”.

Pytanie 4.

Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 3) Wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanej w § 4 ust. 2 pkt 3) Wzoru Umowy kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu dostawy Towaru, o którym mowa w § 1 ust. 5 do wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonego Towaru będącej przedmiotem dostawy na podstawie złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki? Uzasadnienie: Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej wskazanej § 4 ust. 2 pkt 3 „Wzoru Umowy”.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – ZMIANA

W dniu 04.04.2024 r. zatwierdził:

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up.
dr n. sp. Waldemar Mańkowski
Z-C.A. DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
WSSiL w Łodzi

Część IV: Drobnny sprzęt laboratoryjny różny

Formularz cenowy

lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamawiana (szt)	Oferowany produkt (producent, nr katalogowy)	Cena jednostkowa opakowania netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto (kolumna 3x kolumna 5)	Stawka podatku VAT	Wartość brutto (kolumna 3x kolumna 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Butelki wirownicze z poliwęglanu z zakrętką, płaskodenne o pojemności 250 ml, o wymiarach fi=62mm, wysokość 122 mm, kompatybilne z wirówką z chłodzeniem MPW 380-R	30 szt.						
2	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	2 szt.						
3	Eza ze stali szlachetnej, długość 50 mm, średnica pięłki 1mm	10 szt.						
4	Eza ze stali szlachetnej, długość 50mm, średnica pięłki 3mm	10 szt.						
5	Eza ze stali szlachetnej, długość 50mm, średnica pięłki 5mm	5 szt.						
6	Ezy sterylne z PS z oczkiem o poj. 10µl, jałowe, w woreczku z zamknięciem strunowym, pakowane po 20szt.	1000 szt.						

	Głaszeczki, jałowe, jednorazowe, długość ok. 14 cm, zgięcie ok. 3 cm średnica kijka 4 mm, typu L (z zakrzywieniem do góry) Pakowane w woreczki strumowe maksymalnie po 5 szt.	100 szt.							
8	Kolba miarowa z PMP z korkiem PP, poj. 10ml, klasa A, szlif NS 10/19 Certyfikat serii, wzorcowanie na wlew, poświadczenie zgodności	26 szt.							
9	Kolba pomiarowa z PMP z korkiem PP, poj. 100 ml, szlif 14/23, kl. A Certyfikat serii, wzorcowanie na wlew, poświadczenie zgodności	4 szt.							
10	Kriopudélko A4 PCR do przechowywania próbek wrażliwych na światło, dla próbek PCR o poj. 0,2ml. podstawa i pokrywa do pudelka barwy czarnej	1 szt.							
11	Nożyczki ze stali nierdzewnej długość około 18 cm	13 szt.							
12	Pierścienie wylewowe wykonane z polipropylenu do butelek Duran z gwintem GL25, autoklawowalne	30 szt.							
13	Pierścienie wylewowe wykonane z polipropylenu do butelek Duran z gwintem GL32, autoklawowalne	30 szt.							
14	Pierścienie wylewowe wykonane z polipropylenu do butelek Duran z gwintem GL45, autoklawowalne	50 szt.							

24	Statyw na probówkę typu Falcon o poj. 50 ml, minimum 12 miejsc, posiadający numerowane miejsca.	1 szt.							
25	Stawy z PC przezroczyste na 18-20 miejsc, na probówkę o poj. 2ml i średnicy otworu 11,5mm. – 2szt.	2 szt.							
26	Steryjne butelki do pobierania próbek wody zawierające tiosiarczan sodu. Wykonane z PP, poj. 500ml	168 szt.							
27	Strzykawka szklana, mikrotitrowa serii 1700 (z igłą stałą), typ 1702N, objętość 25 µl	2 szt.							
28	Szpatułki ze stali nierdzewnej 18/10 obustronne dł. 150 mm, wymiary końcówek min. 35 mm x 2-3,5mm	40 szt.							
29	Szpatulko - łyżeczka prosta o długości 150 mm	10 szt.							
30	Szpatulko - łyżeczka prosta o długości 200 mm	10 szt.							
31	Uchwyt do ez z mosiądzu, chromowany, nierdzewny, z rączką z tworzywa sztucznego. Średnica trzonka 3,5 mm, średnica uchwytu 6mm, długość całkowita 240mm	2 szt.							
32	Uchwyt do pipety kompatybilny z pipetą automatyczną Eppendorf Research Reference, do montażu ściennego	4 szt.							

