

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Warszawa, 11 sierpnia 2023 roku

BAD.241.2.7.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Dotyczy Rozdziału 4 – aparatu do ekstrakcji tłuszczu

Czy Zamawiający dopuści aparat do ekstrakcji tłuszczu bez możliwości podświetlenia stanowisk roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do ekstrakcji tłuszczu bez możliwości podświetlenia stanowisk roboczych. Podświetlenie stanowisk roboczych pozwala na bieżącą i skuteczną weryfikację poszczególnych etapów ekstrakcji tłuszczu (m.in. ilości rozpuszczalnika w kolbach ekstrakcyjnych). Aparat umieszczony będzie pod dygestorium, stąd doświetlenie stanowisk roboczych jest przydatne i wymagane.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 31 sierpnia 2023 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 31 sierpnia 2023 roku na godz. 10:00**.

Jolanta Przyborowska

Dyrektor

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/