

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		
PARAMETRY LAMPY SZCZELINOWEJ I WARUNKI REALIZACJI		
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna parametru
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji 2024, wyklucza się egzemplarze demo i powystawowe.	Tak
2	Powiększenia:	min 10x, 16x, 25x
3	Powiększenie okulara	min 12,5x
4	Szerokość szczeliny	Min. 0-12 mm regulowana płynnie
5	Długość szczeliny	Min. 0-12 mm regulowana płynnie
6	Filtry: kobaltowy niebieski, pochłaniający ciepło, bezczerwienny, filtr ND	Tak
7	Filtr barierowy: żółty	Tak
8	Regulacja PD: 52-80 mm	Tak
9	Korekcja wady wzroku	min. +5D do -5D
10	Obrót szczeliny: 0-180°	Tak
11	Oświetlenie LED	Tak
12	Typ mikroskopu: Zbieżność Galileusza ze zmianą powiększenia	Tak
13	Kąt między okularami: 10°	Tak
14	Adapter do tonometru aplanacyjnego	Tak
15	Kąt padania: zmienna 0°, 5°, 10°, 15°, 20°	Tak
16	W zestawie zasilacz i stolik	Tak
17	W zestawie podbródek z fiksatorem	Tak
18	Gwarancja	Min. 24 miesiące
19	Termin dostawy	Max. 8 tygodni
20	Wykonawca posiada autoryzację producenta na serwisowanie zaoferowanego urządzenia lub umowę z autoryzowanym serwisem	Tak
21	W cenie oferty przeglądy serwisowe w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu	Tak
22	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego urządzenia od dnia sprzedaży min 8 lat	Tak
23	Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w miejscu instalacji aparatu	Tak
24	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym (w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie zamawiającego urządzenie zastępcze na czas naprawy) max 5 dni roboczych	Tak

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.