

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dzierżawa toru wizyjnego 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego ICG oraz dostawa narzędzi laparoskopowych, nr postępowania: MCM/WSM/ZP08/2025

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm. - dalej ustawa Pzp.) udostępnia treść zapytań, które napłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami

Dotyczy Zadania 1 i 2

1. (Dot. Zadania nr 2) Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 180 dni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia Specyfikację warunków zamówienia w zakresie terminu dostarczenia bez zmian.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 tj. wózek aparaturowy, wysięgnik na płyny, szyna sprzętowa, uchwyt kamery, mobilny stojak, przewód, zestaw listwy z gniazdkami i przewodem zasilającym, w zadaniu nr 2 tj. uszczelki zewnętrzne do zaworu trokarów, uszczelki zewnętrzne do tulei gwintowanej, podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi, siatka silikonowa do tacy drucianej z uwagi na fakt, że wymienione pozycje spełniają wszystkie wymagania SWZ i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednakże nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 tj. wózek aparaturowy, wysięgnik na płyny, szyna sprzętowa, uchwyt kamery, mobilny stojak, przewód, zestaw listwy z

gniazdkami i przewodem zasilającym, w zadaniu nr 2 tj. uszczelki zewnętrzne do zaworu trokarów, uszczelki zewnętrzne do tulei gwintowanej, podstawa instrumentowa z uchwytami silikonowymi, siatka silikonowa do tacy drucianej z uwagi na fakt, że wymienione pozycje spełniają wszystkie wymagania SWZ i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednakże nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974),

3. (Dot. Zadania nr 1 Rozdział XV 1. g) SWZ Przedmiotowe środki dowodowe) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą świadectwa bezpieczeństwa elektrycznego z uwagi na fakt, że dokumentacja ta sporządzana jest na etapie produkcji sprzętu i dostarczana wraz z urządzeniem jak również same testy bezpieczeństwa elektrycznego wykonywane są na etapie instalacji urządzeń zatem Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia i złożenia ww. dokumentów wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą świadectwa bezpieczeństwa elektrycznego z uwagi na fakt, że dokumentacja ta sporządzana jest na etapie produkcji sprzętu i dostarczana wraz z urządzeniem jak również same testy bezpieczeństwa elektrycznego wykonywane są na etapie instalacji urządzeń zatem Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia i złożenia ww. dokumentów wraz z ofertą.

4. (Dot. Zadania nr 1 Rozdział XV 1. g) SWZ Przedmiotowe środki dowodowe) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą raportów testów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dokumentacji technicznej. Informacje dotyczące kompatybilności, schemat podłączenia, instalacji urządzeń oraz zagadnień technicznych zawarte są w instrukcji obsługi. Inne dokumenty nie są udostępniane przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą raportów testów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dokumentacji technicznej

5. (Dot. Zadania nr 2 Rozdział XV 1. g) SWZ Przedmiotowe środki dowodowe) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą świadectwa sterylności dla narzędzi sterylnych oferowanych w Zadaniu 2. Oferowane narzędzia pakowane są w opakowania, posiadające oznaczenie fabryczne zawierające informację o sterylności produktu, informacja o sterylności produktu zawarta jest na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą świadectwa sterylności dla narzędzi sterylnych oferowanych w Zadaniu 2.

6. (Dot. Zadania nr 1 i 2 Rozdział XV 1. g) SWZ Przedmiotowe środki dowodowe) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania dla oferowanego w zadaniu nr 1 i 2 asortymentu i wyrażenie zgody na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą. Prośbę swoją motywujemy tym, że pojemność plików jest dość duża co może utrudnić przesyłanie dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania dla oferowanego w zadaniu nr 1 i 2 asortymentu i wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą.

7. (Dot. Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Zadanie nr 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pozycja 2 formularza asortymentowo – cenowego w kolumnach jednostka miary, ilość, nazwa/model, czynsz dzierżawy netto za 1 miesiąc, czynsz dzierżawy netto za 24 miesiące całkowita wartość netto, kwota vat, czynsz dzierżawy brutto za 24 miesiące całkowita wartość brutto pozostawić niewypełnione w przypadku, gdyż koszty te są wliczone w przedmiot zamówienia w pozycji 1 (dzierżawa toru wizyjnego 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego ICG)?

Odpowiedź: TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ .Zamawiający załączył zmodyfikowany załącznik

8. (Dot. Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Zadanie nr 1b) Czy w związku z tym, że w formularzu asortymentowo – cenowym w zadaniu 1b w kolumnie 3 i 4 nie została wskazana ani jednostka miary ani wymagana ilość dla poszczególnych pozycji asortymentu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji formularza poprzez samodzielne wpisanie przez Wykonawcę ww. wartości w pustych polach zgodnie z wartościami (jednostka miary, ilość) określonymi w Załączniku nr 1b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie parametrów wymaganych/oferowanych) Narzędzia laparoskopowe?

Odpowiedź: Zamawiający załączył zmodyfikowany załącznik

9. (Dot. Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Zadanie nr 1b) W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie modyfikacji formularza asortymentowo – cenowego w zadaniu 1b poprzez uzupełnienie jednostki miary oraz ilości w wierszach dla asortymentu, gdzie wartości te nie zostały określone.

Odpowiedź: Zamawiający załączył prawidłowy załącznik

10. (Dot. Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Zadanie nr 1b) Czy w związku z tym, że opisane w załączniku nr 2 formularz asortymentowo – cenowego filtry CO2 są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 25 szt. i nie są sprzedawane na sztuki, a dostarczane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk (1 op = 25 szt) Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania i skorygowanie wymaganej ilość w przeliczeniu na opakowania (tj. 1 opak.) oraz podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 25 szt. filtrów bez względu w jakich pojemnikach zbiorczych są pakowane.

11. (Dot. Zadania nr 1 i 2) Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

12. (Dot. Zadania nr 1 i 2) Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Tak

13. (Dot. Zadania nr 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48 godzin w dni robocze dla zadania nr 1. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48 godzin w dni robocze dla zadania nr 1

14. (Dot. Zadania nr 1 i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy sprzętu do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy sprzętu do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych, pod warunkiem dostarczenia bezpłatnego aparatu zastępczego o analogicznych parametrach na czas wykonania naprawy.

15. (Dot. Zadania nr 1 i 2) Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego do 5 lat od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody skrócenie dostępności części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego do 5 lat od daty dostawy.

16. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku, kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku, kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

17. (Dot. Załącznika nr 4 Projektowane postanowienia umowy §10 ust. 1. 3)) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy do 10% wartości brutto umowy? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Tak

18. (Dot. Zadania nr 1) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie wzoru umowy dla zdania nr 1 na dzierżawę toru wizyjnego 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego ICG.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załącznik

Dotyczy Projektu umowy dzierżawy toru wizyjnego 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego ICG Zadanie nr 1

19. (Dot. §1 Projektu umowy dzierżawy) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do projektu umowy dzierżawy w §1 ustępu 4. o następującym brzmieniu: „Umowa może być przedłużona na pisemny wniosek Zamawiającego minimum 1 miesiąc przed zakończeniem umowy, za zgodą Wykonawcy, w formie aneksu. Maksymalny łączny czas trwania umowy wynosi 36 miesięcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. (Dot. §3 ust. 4. Projektu umowy dzierżawy) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów projektu umowy dzierżawy w §3 ust. 4. na następujące brzmienie:

~~4. Z zapłatą ostatniego miesięcznego czynszu dzierżawnego prawo własności sprzętu będącego przedmiotem umowy przechodzi na Zamawiającego.~~

21. Zmiana wysokości czynszu wymaga zmiany umowy na piśmie. Zmiana wysokości stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy nie wymaga zmiany umowy i zostanie uwzględniona na fakturze wystawionej przez Wydierżawiającego.

22. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić sprzęt Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie 24 miesięcznego okresu dzierżawy sprzętu, w stanie nie pogorszonym poza stopień zużycia wynikający z zasad prawidłowej eksploatacji. Odbioru urządzeń dokona Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

23. Po zakończeniu okresu dzierżawy Zamawiający ma prawo wykupu przedmiotu dzierżawy. Cenę netto wykupu ustala się na podstawie poniższej kalkulacji i nie może być ona niższa niż 1 zł netto.
wartość sprzętu - zł netto
36 miesięcy * (36 - ilość miesięcy trwania dzierżawy)

24. Wykup przedmiotu dzierżawy jest możliwy po uregulowaniu płatności za czynsz dzierżawy.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

25. (Dot. §5 ust. 3. Projektu umowy dzierżawy) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy w §5 ust. 3. na następujące brzmienie: „W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu i braku możliwości jego naprawy, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego sprzętu elementu/podzespołu na wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych i parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy „

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

26. (Dot. §5 ust. 5. Projektu umowy dzierżawy) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy sprzętu do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady/usterki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

27. Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę?

Odpowiedź: Tak

28. (Dot. §8 ust. 1. 1) Projekt umowy dzierżawy) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie sprzętu do 2% miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki? Wykonawca podkreśla, że jego intencją jest dostarczenie kompletnego i spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego zamówienia, jednak zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia incydentalnie sytuacji, w której może nie mieć wpływu na termin dostawy, w szczególności z uwagi na brak dostępności towaru u producenta lub problemy logistyczne w transporcie międzynarodowym. Dlatego prosimy o zmianę wysokości kary z 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki na 2% miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

29. (Dot. §8 ust. 1. 2) Projekt umowy dzierżawy) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie dzierżawy lub w okresie gwarancji/rękojmi do 2,5% miesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

30. (Dot. §8 ust. 2. Projekt umowy dzierżawy) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kary umownej do 20% łącznej wartości umowy? W naszej ocenie maksymalna wysokość kar umownych mogąca stanowić 30% łącznej wartości umowy jest zbyt wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

31. (Dot. §11 Projekt umowy dzierżawy) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy w §11 na następujące brzmienie:

1. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1., jeżeli Zamawiający:

– będzie używał Przedmiotu Dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą umową;

– zalega z zapłaceniem czynszu za okres 2 miesięcy;

– dopuszcza się naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w §6 oraz §7 ust. 1 i 2 umowy;

– dopuszcza się naruszenia innych istotnych warunków umowy

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1. jeżeli:

– Wykonawca nie wyda Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy;

– w przypadku niedokonania naprawy przedmiotu umowy, względnie – niedokonania wymiany urządzenia na sprawne -w terminie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego,

– wystąpią ważne powody uzasadniające wypowiedzenie.

32. Do skuteczności wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy wymagane jest złożenia oświadczenia w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

33. (Dot. §12 Projektu umowy dzierżawy) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie §12 z projektu umowy dzierżawy. Określone w §12 zapisy są krzywdzące dla drugiej strony umowy, wykazują jednostronną korzyść, są sprzeczne z dobrymi obyczajami współpracy pomiędzy stronami i w pewnym stopniu mogą prowadzić do powstania nierównowagi praw i obowiązków stron. W przypadku negatywnej odpowiedzi uniemożliwi to Wykonawcy złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

34. (Dot. §13 ust. 1. 1) Projektu umowy dzierżawy) Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w ustępie 1. podpunktu 1) w §13 projektu umowy w z uwagi na fakt, że oferowany przedmiot zamówienia nie dotyczy i nie podlega okolicznościom opisanym ww. podpunkcie.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

35. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę w całym projekcie umowy dzierżawy Zamawiającego na „Dzierżawcę” oraz Wykonawcę na „Wydzierżawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody