



Szpital Ogólny
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Szpitalna 5

Regon 450666236, NIP 722-13-34-542

tel. 864775501, fax 862752047; e-mail: sekretariat@szpitalwysmaz.pl; www.szpitalwysmaz.pl

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 26.04.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 26.04.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup i dostawa wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej.**
Oznaczenie sprawy: **12/2024**

Zapytanie nr 1. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę z łączeniami laserowymi. Rozwiązanie takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Czy Zamawiający dopuszcza, aby myjnie posiadała orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach:

o 500 mm szer.

o 500 mm gł.

o 1450 mm wys.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 4. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Prosimy o dopuszczenie „Pojemność na jeden cykl – jedna „kaczka” i jeden „basen” lub trzy „kaczki”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z drzwiami otwieranymi manualnie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy elementów grzejnych 3000 W.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 7. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczająco-płuczający (odkamieniacz)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 8. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o trzech programach: krótkim, standardowym oraz intensywnym.

Wedle naszego wieloletniego doświadczenia, programy te realizują wszelkie potrzeby użytkownika w procesie mycia-dezynfekcji. Podstawowa obsługa nie wymaga stosowania kodów, zaś wykonywanie zaawansowanych czynności przez nieautoryzowany serwis może stanowić niebezpieczeństwo dla personelu, osób trzecich oraz narażać Zamawiającego na koszty wielokrotnych, nieskutecznych napraw.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 9. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Czy Zamawiający dopuści wysoko wydajną pompę o mocy 370 W, co przekłada się niższy pobór prądu, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów myjących?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 10. Dot. Pakietu nr 5 - Myjnia

Prosimy o dopuszczenie myjni całkowita moc urządzenia 3,37 kW.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

**W imieniu Zamawiającego
p.o. Dyrektora Szpitala Ogólnego
Wojciech Łuczaj**