



WSzSL.FZ.381./26/24/152/2024

Legnica 04.04.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: **POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO**
znak sprawy: WSzSL/FZ-26/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymiana akumulatorów

Pytanie 1 -W celu porównywalności ofert złożonych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany zestawu przeglądowego (opisanego poniżej), którego wymiana stanowi jeden z etapów przeglądu technicznego zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentami serwisowymi.

Referencja	Opis
/zdjęcie/	Uszczelka zastawki wydechowej
/zdjęcie/	Filtr wlotowy powietrza
/zdjęcie/	Zastawka jednokierunkowa MAP
/zdjęcie/	Nitrylowy O-ring 28x2
/zdjęcie/	Filtr HEPA MONNAL T60
/zdjęcie/	Filtr M.A.P. T60

W odpowiedzi na pytanie: Tak. Zamawiający wskazuje na zapisy pkt. 1 Rozdział V SWZ.

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymiana akumulatorów

Pytanie 2 -W celu porównywalności ofert złożonych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany czujnika tlenu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga od Wykonawców skalkulowania w cenie oferty wymiany czujnika tlenu w tym przeglądzie.

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymiana akumulatorów

Pytanie 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów respiratorów Monnal T60 podczas jednego przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego, co pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty ?

W odpowiedzi na pytanie: Wykonawca ma wykonać przegląd terminowo.

Dotyczy Części I - przegląd techniczny respiratorów producenta "Air Liquide Medical System" z wymiana akumulatorów. SWZ, Rozdział VII



Pytanie 4 - Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, zgodnie z zapisem w projekcie umowy.

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż