



dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego oraz urządzeń medycznych, znak ZP/09/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

| L.p. | Pytanie Wykonawcy | Wyjaśnienie |
|------|--|---|
| 1. | <p>Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Część 5. Sprzęt medyczny</p> <p>49. wózek transportowy o zwiększonej nośności dla pacjentów bariatrycznych – 5 szt.</p> <p>74. wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, który zostanie wykorzystany w obszarze Izby Przyjęć – 1 szt.</p> <p>Pkt. 51, 76. Zamawiający opisał wymóg posiadania „Poręczce boczne składane pod leże”.</p> <p>Czy w związku z zamieszczonym opisem Zamawiający wymaga, aby wózek transportowy o zwiększonej nośności wyposażony był barierki boczne, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża) gwarantujące brak przerw transferowych oraz z uchwytnymi do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg.</p> <p>Pkt. 55, 80. Czy Zamawiający wymaga, aby wózek transportowy o zwiększonej nośności wyposażony był składane, ergonomiczne ręczki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Ręczki składane poniżej poziomu materaca</p> | <p>Zgodnie z OPZ, Zamawiający wymaga, aby wózek był wyposażony w barierki boczne <u>pod</u> leże, czyli chowane pod ramę leża. Zgodnie z OPZ zamawiający oczekuje składanego uchwyty do prowadzenia (poz. 55). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.</p> <p>Zgodnie z OPZ, Zamawiający wymaga by wózek wyposażony był w składany uchwyt do prowadzenia wózka. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.</p> |
| 2. | <p>Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Część 5. Sprzęt medyczny, 112. wózek inwalidzki do transportu osób ze szczególnymi potrzebami przeznaczonych na Izbę Przyjęć – 4 szt.</p> <p>Zamawiający w punkcie 114. specyfikacji warunków zamówienia opisał „Odchylany podnózek z funkcją składania”.</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Czy w związku z przytoczonym parametrem Zamawiający wymaga, by wózek inwalidzki do transportu osób ze szczególnymi potrzebami wyposażony był w automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta oraz wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków.</p> <p>Ad 116. Czy Zamawiający będzie wymagał , aby wózek inwalidzki do transportu osób ze szczególnymi potrzebami wyposażony był w dwa przyciski funkcyjne nożne, usytuowane z tyłu wózka centralnie: hamulec i jazda kierunkowa, uruchamiane jednym dotknięciem.</p> | <p>Zgodnie z OPZ - Zamawiający wymaga odchylanego podnóżka z funkcją składania. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.</p> <p>Zgodnie z OPZ - Zamawiający wymaga hamulca centralnego uruchamianego jednym dotknięciem. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.</p> |
|--|---|---|

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 31.07.2023 r.