

Gorzów Wlkp., 14.03.2024 r.

**Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B 66-400  
Gorzów Wlkp.**

**OATZP.272.5.2024**

**Dotyczy: Sukcesywna dostawa testów analitycznych, odczynników laboratoryjnych i kultur mikrobiologicznych**

Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienia treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1 CZEŚĆ 20 Pozycja nr 4**

W związku z niewyrażeniem przez Państwa zgody w odpowiedziach z 07.03.2024 na produkt w opakowaniu 500mg (wymagane 1ml), czy Zamawiający mógłby wskazać przykładowy produkt (nr katalogowy) odpowiadający przedmiotowi zamówienia?

Według naszej wiedzy, nie ma na rynku czystej substancji w opakowaniu 1ml. Substancja ta dostępna jest w naszej ofercie w postaci czystej w opakowaniu 500mg lub w postaci roztworu (100 µg/mL lub 1000 µg/mL) w metanolu, w opakowaniu 1ml.

**Odpowiedź: Zamawiający odmawia wskazania przykładowego numeru katalogowego wzorca, który odpowiada przedmiotowi zamówienia. Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia:**

**Chlorobenzen d5- stężenie 2000µg/mL w metanolu o czystości do GC dostarczony wraz z certyfikatem poświadczającym, że wzorzec/CRM jest wyprodukowany przez akredytowanego producenta w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostawy.**

**Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o stężeniu 1000 µg/mL w metanolu o czystości do GC.**

**Pytanie nr 2 CZEŚĆ 19 pozycja 5**

Materiał w poz. 5 (ERM-BB384) nie jest włączony w zakres akredytacji ISO 17034 producenta. Czy pomimo to Zamawiający nadal dopuszcza zaoferowanie tego materiału?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału (ERMBB384) bez poświadczenia że materiał jest wyprodukowany przez akredytowanego producenta w**

odniesieniu do wymagań normy PN EN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji

**Pytanie nr 3 CZĘŚĆ 19 pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiału z poz. 7 z datą ważności minimum 6 miesięcy?

**Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie materiału z datą ważności minimum 6 miesięcy.**

**Pytanie nr 4 CZĘŚĆ 19 pozycja 9-13 oraz 23-24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiałów z pozycji od 9 do 13 oraz od 23 do 24 z datą ważności minimum 12 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wzorców w pozycji 9-13 oraz 23-24 z terminem ważności minimum 12 miesięcy.**

**Pytanie nr 5 CZĘŚĆ 20 pozycja 2 i 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiałów z poz. 2 i 6 z datą ważności minimum 12 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie materiałów z datą ważności minimum 12 miesięcy.**

**Pytanie nr 6 CZĘŚĆ 23 pozycja 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 15 wzorca boru w wodzie zamiast w kwasie azotowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wzorca boru w wodzie zamiast w kwasie azotowym.**