



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Gostyń, dnia 15.04.2025 r.

Dotyczy postępowania pn: **Dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitalnej SPZOZ w Gostyniu.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.XII.231.2/3/2025**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o przepisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 16 klipsownicy endoskopowej jednorazową z rotacją 360 stopni, z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowym do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu; z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem; z rotacją 1:1, dwa sposoby rotacji, długość robocza 2350mm; rozwarcie ramion 17mm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8mm; sztuka ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga asortymentu o parametrach opisanych w SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w poz. nr 1-13 zgodzi się na zaoferowanie szwów wykonanych z polipropylenu i polietylenu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający w pozycjach 1-13 wymaga szwów wykonanych z polipropylenu.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się w poz. nr 1, 2 na tolerancję wielkości igły 35-37 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na tolerancję wielkości igły 35-37 mm w poz. 1, 2.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się w poz. nr 11, 12 na tolerancję wielkości igły 17-18 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na tolerancję wielkości igły 17-18 mm w poz. 11, 12.

Pytanie nr 5

Dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 Ust. 5:

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej Umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości kary umownej z 20% na 10%.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie 6, poz. 2 „Retraktory” jednostką miary powinny być opakowania, zamiast sztuk.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jednostką miary powinny być opakowania i takiej jednostki wymaga (3 opakowania po 5 sztuk).

Poniżej poprawiona tabela:

Pakiet nr 6 Retraktory

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	Retraktor do ran; rozmiar M; długość rękawa 18 cm; linia cięcia 5-9 cm; opakowanie a 5 sztuk	op	5
2	Retraktor do ran; rozmiar XS; długość rękawa 13 cm; linia cięcia 2-4 cm; opakowanie a 5 sztuk	op	3

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści klipsownicę z kątem 135* i rozwarciem klipsa 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie klipsownicy o podanych parametrach i wymaga zaoferowania klipsownicy o parametrach opisanych w SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy wzoru umowy - § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przedmiotowego paragrafu następującego zapisu:

„(...), pod warunkiem, że zwłoka w płatnościach (należności wymagalnych) nie przekroczy 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1

Czy zamawiający dopuści; zadanie 16 pozycja 1: Klipsownica endoskopowa jednorazowa z rotacją, kąt rozwarcia 135 stopni. Długość robocza 2300mm; rozwarcie 16mm; 10 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zezwala na zaoferowanie klipsownicy o podanych parametrach i wymaga klipsownicy o parametrach opisanych w SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 153

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 szt. strzykawki enteralnej z przeliczeniem ilości do 360 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 szt. strzykawki enteralnej z przeliczeniem ilości do 360 sztuk.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,7x19 mm, 26 G o przepływie 20 ml/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o innych parametrach niż opisane w SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 2,1x45 mm, 14G o przepływie 270 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o innych parametrach niż opisane w SWZ.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw osłon na głowicę USG Wykonanej z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie. Na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń. Rozmiar 15cm x 61cm. Nie zawiera lateksu, sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm, sterylny żel w saszetce 20g, 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG, wygodne opakowanie indywidualne w rozmiarze 21cm x 13cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw osłon.

Pytanie nr 14

Dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z § 5 ust. 8 dopuszcza dostarczenie faktury VAT w formacie PDF tym samym odstępując od wymogu dostarczenia oryginału faktury wraz z dostawą.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że sposób dostarczenia faktury wskazany jest w § 5 ust. 1 projektu umowy. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w przypadku przesłania do Zamawiającego faktury drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc@szpitalgostyn.pl obowiązuje format pliku *.pdf.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 5 ust. 5 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu :

W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 5 ust.4 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli narzędzie, dedykowany do mocowania siatek. Ładunki są wchłaniające, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm, część penetrująca 6.1 mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 3,7 mm. Długość trzonu 39,2 cm. Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12 -18 miesiącach. Zawiera 30 zszywek. Urządzenia mają skażnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie ma na myśli opisanego narzędzia.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli narzędzie, dedykowany do mocowania siatek. Ładunki są wchłaniające, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm. część penetrująca 5.9mm Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 4,2 mm. Długość trzonu 36cm Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12-18 miesiącach. Zawiera 30 zszywek. Urządzenia mają skażnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt



Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli opisane narzędzie.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 5-14

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych wyłącznie w rozmiarach 6-20?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści cewników do odsysania górnych dróg oddechowych wyłącznie w rozmiarach 6-20.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik w delikatnie zielonym odcieniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści cewnik w delikatnie zielonym odcieniu.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 26-36

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya silikonowane jednostronnie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści cewników Foleya silikonowanych jednostronnie.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 26-36

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wyłącznie w rozmiarach 6-24?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści cewników Foleya wyłącznie w rozmiarach 6-24.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 51, 53

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o długości 88mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści igieł do nakłuć lędźwiowych o długości 88mm.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 71

Czy Zamawiający dopuści łącznik do węży z kontrolą siły ssania O.D. 8mm, I.D. 6mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łącznika do węży z kontrolą siły ssania O.D. 8mm, I.D. 6mm.

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 71

Czy Zamawiający dopuści łącznik do węży z kontrolą siły ssania O.D. 7-9mm, I.D. 4mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łącznika do węży z kontrolą siły ssania O.D. 7-9mm, I.D. 4mm.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 71

Czy Zamawiający dopuści łącznik sterylny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik sterylny.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 72

Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicach O.D. 10mm, I.D. 9mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 88

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o parametrach:

- Dwukanałowy, ostry kolektor komory kroplowej zapewniający szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) kłapką
- Elastyczna komora kroplowa o wielkości 4,5cm
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- Miękki, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock
- Uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock,
- Precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia
- Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu wyrobu medycznego.

Pytanie nr 28

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 89

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi o parametrach:

- dwukanałowy, ostry kolektor komory kroplowej zapewniający szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) kłapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 8,5cm
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 200 µm
- miękki, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock
- uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock,





CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

- precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu wyrobu medycznego.

Pytanie nr 29

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 90

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi o parametrach:

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej zapewniający szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 8,5cm
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 200 µm
- miękki, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock
- uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock,
- precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu wyrobu medycznego.

Pytanie nr 30

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 130

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarach 80x210cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradła o wymiarach 80x210cm.

Pytanie nr 31

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 131

Czy Zamawiający dopuści Dren Kehra w rozmiarach: CH10, CH12, CH14, CH16, CH18?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga rozmiarów opisanych w SWZ.



Pytanie nr 32

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 137

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 50 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie a 50 sztuk.

Pytanie nr 33

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-158

Czy Zamawiający może doprecyzować jednostki miary w pakiecie? Większość pozycji jest oznaczona jako „opakowanie”, Zamawiający jednak w większości nie określa, ile sztuk ma zawierać opakowanie. Czy w przypadku, kiedy Zamawiający nie doprecyzowuje ilości sztuk w opakowaniu, możemy założyć, że Zamawiający ma na myśli „sztukę”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w miejscach, gdzie nie określił wielokrotności liczby sztuk w opakowaniu ma na myśli opakowania zawierające 1 sztukę.

Pytanie nr 34

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Czas utrzymania zestawu do 29dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokładnie takiego wyrobu medycznego w SWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokładnie takiego wyrobu medycznego w SWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Sondę Sengstakena o parametrach:

- Trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania.
- Balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)





CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

- Balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwanie z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk)
- Pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów.
- Elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków
- Przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem
- Lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu
- Podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przezroczysty; przełyk - niebieski)
- Nadrukowana podziałka co 5 cm
- Opakowanie sterylne
- Metoda sterylizacji: tlenek etylenu.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	PRZEZNACZENIA
CH 14	105 cm	DLA DOROSŁYCH
CH 16	105 cm	DLA DOROSŁYCH
CH 18	105 cm	DLA DOROSŁYCH
CH 21	105 cm	DLA DOROSŁYCH
CH 14	65 cm	DLA DZIECI

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisaną sondę Sengstakena.

Pytanie nr 37

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 6

Czy w pozycji 6 pakietu 13, zamawiający dopuści inny rozmiar nici niż 0?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze o następujących parametrach:

- trójpłaszczyznowe ostrze zmniejszające do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji *przysrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu (działające na zasadzie docisku: wysuwa się po dociśnięciu do ciała pacjenta i wycofuje igłę po zwolnieniu docisku)*
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach:
 - 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
 - 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 15-17

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z medycznego PCV zawierającego śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ dla pozycji 15 i 16, zgodnie zaś z opisem w SWZ wyrób medyczny w pozycji 17 może zawierać śladowe ilości ftalanów.

Pytanie nr 41

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze dla dzieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-2, 5-40

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt.? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: W każdej pozycji, gdzie nie jest wyraźnie zaznaczona wielokrotność sztuki przy opisie opakowania, oznacza to, że Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści igły tępe ścięte pod kątem 40st z otworem centralnym, w rozmiarze 1,2mm x 40mm, pakowana a'100 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści igły quincke?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.



Pytanie nr 45

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści igły 27G, długość 120mm pencil point?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści igły 24G, długość 120mm pencil point?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 51-54

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt.? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 56

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt.? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie nie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk.

Pytanie nr 49

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 56-59

Czy Zamawiający dopuści introduktor z zastawką w rozmiarze 5F zamiast 4F?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 60

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym średnica 24G (0,7mm)x długość 19mm; cienki cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, ze standardową końcówką luer-lock, z silikonową zastawką zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, port boczny kodowany kolorem, wyposażona w zwykły korek portu bocznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 60

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym średnica 24G (0,7mm)x długość 19mm; cienki cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG, ze standardową końcówką luer-lock, z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia (pełniący rolę zastawki), port boczny kodowany kolorem, wyposażona w samodomykający się korek portu bocznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.



Pytanie nr 52

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 60

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=1szt czy op=100szt? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 53

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 61-66

Czy Zamawiający dopuści katetery pakowane lekko zwinięte?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 61-69

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt.? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: W każdej pozycji, gdzie nie jest wyraźnie zaznaczona wielokrotność sztuki przy opisie opakowania, oznacza to, że Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka.

Pytanie nr 55

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 70

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. i wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem liczby opakowań w górę?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 73-74

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=1szt? ? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 57

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 74

Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną męską?

Odpowiedź: W pozycji nr 74 Zamawiający wymaga „łącznik schodkowy do drenów, niesterylny; rozmiar 2”, nie dopuszcza zatem zaoferowania kaczki sanitarnej męskiej.

Pytanie nr 58

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 71

Czy Zamawiający dopuści łącznik z kontrolą siły ssania, sterylny kompatybilny z drenami o średnicach od CH4 do CH18?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik z kontrolą siły ssania, sterylny kompatybilny z drenami o średnicach od CH4 do CH18.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 59

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 72

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów dwustronny; średnica 10mm oraz 8,5mm, długość 68mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik do drenów dwustronny; średnica 10mm oraz 8,5mm, długość 68mm.

Pytanie nr 60

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 72

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt czy op.a'100 szt.? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 61

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 73-76

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 62

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 73-76

Czy Zamawiający dopuści łączniki schodkowe do drenów proste odpowiednio:

oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]
1	6	5
2	8	6
3	10	9
4	12	10

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 78

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 64

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 80 i 82

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek w jednym rozmiarze dedykowanym dla dorosłych i dzieci?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 65

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 84-87

Czy Zamawiający oczekuje igieł typu motylek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje igieł typu motylek.

Pytanie nr 66

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 84-87

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. czy op.a'50 szt.? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 67

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 88

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dwukanałowym, czteropłaszczyznowym, ostrym kolcem, z komorą o długości 60mm (55mm w części przezroczystej) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 88

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości min. 150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 69

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 88

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 70

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 89

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką w opakowaniu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 71

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 89

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.



Pytanie nr 72

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 88-90


Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 73

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 90

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania firmy GALMED w całości wolny od ftalanów o konstrukcji jak na załączonym zdjęciu (aktualnie jedyny produkt do szybkiego przetaczania dostępny na rynku)



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 84-101

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 75

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 103-125

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 76

Dotyczy Pakietu nr 1, poz.121

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze CH14 z balonem 5ml, reszta rozmiarów i parametrów zgodnie z swz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego wyżej wyrobu medycznego.

Pytanie nr 77

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 122

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw sterylny.



Pytanie nr 78

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 125-127

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający określił wielkość opakowań w pozycji nr 126 oraz w pozycji nr 127, w pozycji 125 wymaga zaś opakowań a 1 sztukę.

Pytanie nr 79

Dotyczy Pakietu nr 1, poz.125

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 80

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 127

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dokładniejszą skalą co 0,01ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w SWZ skali 0,01 ml, więc takiej wymaga a nie dopuszcza.

Pytanie nr 81

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 128-136

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt?. Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka.

Pytanie nr 82

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 128

Czy Zamawiający dopuści pasy wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pasy wielokrotnego użytku.

Pytanie nr 83

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 130

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 130

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 131

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenów w rozmiarach CH12 do CH24 co 2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.



Pytanie nr 86

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 133

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml z łącznikiem typu T F/M, ustnikiem, rurką karbowaną i drenem, elementy z medycznego tworzywa sztucznego m.in. PVC?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 134-135

Czy Zamawiający dopuści woreczki z samoprzylepną częścią pokrytą antyalergicznym klejem, w opakowaniach foliowych? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 136

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, z otworem centralnym i 6 otworami bocznymi, z nierozszerzanym końcem dystalnym Występujący w rozmiarach: 18,20,21,24,26,27,30,33?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 137

Czy Zamawiający dopuści jałowy ustnik uniwersalny w rozmiarze 20x26mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 140

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka.

Pytanie nr 91

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 142

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond w rozmiarach: 16, 18 i 20F?

Odpowiedź: W pozycji nr 142 Zamawiający wymaga zaoferowania utrwalacza cytologicznego, nie zezwala więc na zaoferowanie sond.

Pytanie nr 92

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 142-143

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka w pozycji nr 143, w pozycji nr 142 wymaga zaoferowania opakowania a 150 ml.



Pytanie nr 93

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 140

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka, jednocześnie zezwala na zaoferowanie opakowań z inną liczbą sztuk z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 94

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 142-147

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt czy a'100 szt.?. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: W pozycji nr 142 Zamawiający wymaga opakowań a 150ml, w pozycji 143 – a 1 sztuka, w pozycjach 144-147 – opakowań a 100 sztuk.

Pytanie nr 95

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 154

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka.

Pytanie nr 96

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, gdyż zgodnie z SWZ wymaga wkładu chłonnego umieszczonego w części środkowej, a umieszczenie centralne jest umieszczeniem w części środkowej.

Pytanie nr 97

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 98

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem wykonany z materiałów nietoksycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.